



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ) Σητείας
Ταχ.Δ/ση: Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3

Ξεροκαμάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ

Αριθμ.Πρωτ: 3533

Σητεία : 05/10/2020

ΠΡΟΣ: Προμήθειες Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας

Κοινοποίηση: Αν/τρια Διοικήτρια ΑΟΜ

Σητείας

ΕΠΕΙΓΟΝ

Πληροφορίες: Τμήμα Τεχνικού & ΒΙΤ

☎ Τηλέφωνο: 28433 40465

☎ Fax: 28430 25352

✉ E-mail: texniki.ypiresia@ghsitia.gr

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΚΤΟΝΩΤΗ ΠΙΕΣΗΣ, ΦΙΑΛΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΛΗΨΗ AFNOR ΠΡΟΡΥΘΜΙΣΜΕΝΗ ΣΤΑ 4 BAR, ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΒΥΣΜΑ Ο2 ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, μετά από ενημέρωση που λάβαμε από το προσωπικό των Χειρουργείων, ότι υπάρχει η ανάγκη προμήθειας-αγοράς 1 ΤΜΧ εκτονωτή πίεσης φιάλης οξυγόνου με λήψη AFNOR για φορητό αναπνευστήρα DRAEGER OXYLOG 3000 plus, λόγω μη διαθεσιμότητας στις αποθήκες του Νοσοκομείου Σητείας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ο μειωτής πίεσης φιάλης αποσκοπεί στη μείωση και ρύθμιση της πίεσης παροχής ιατρικού αερίου (οξυγόνου ή πρωτοξειδίου του αζώτου ή ιατρικού αέρα). Θα πρέπει να λειτουργεί σε πιέσεις εισόδου έως 200 bar και παρέχει το οξυγόνο σε πίεση 4 bar.

- Να διατίθεται σαν ενιαίο σύνολο σώμα-λήψη 4 bar.
- Να διαθέτει μανόμετρο ένδειξης του περιεχομένου της φιάλης 0-300 bar, προστατευόμενο από ειδική πλαστική θήκη, κατά των χτυπημάτων.

- Να διαθέτει ασφαλιστική βαλβίδα στα 10 bar.
- Να έχει είσοδο ρακόρ τοποθέτησης σε φιάλη οξυγόνου (AFNOR) ο οποίος έχει τον αντίστοιχο χρωματισμό του αερίου.
- Να έχει έξοδο λήψη 4 bar γαλλικού τύπου για τοποθέτηση αντίστοιχου ταχυσυνδέσμου.
- Να διαθέτει φίλτρο στην είσοδο.
- Να διαθέτει ακρίβεια $\pm 5\%$.
- Να διαθέτει ένδειξη του φέροντος αερίου σε εμφανές σημείο και με τον αντίστοιχο λευκό χρωματισμό σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Επίσης να υπάρχει εμφανής η ένδειξη της σήμανσης CE με τον αντίστοιχο αριθμό του κοινοποιημένου οργανισμού που χορήγησε την πιστοποίηση.
- Να υπάρχει μοναδικός σειριακός αριθμός χαραγμένος στο σώμα του εκτονωτή για την βέλτιστη ιχνηλάτιση του.
- Να υπάρχει ένδειξη τοποθετημένη επί του εκτονωτή που να αναφέρει την ημερομηνία επομένου ελέγχου για την εύκολη υπενθύμιση στους χρήστες.
- Η εταιρία να διαθέτει πιστοποιητικά EN ISO 9001: 2008 και EN ISO 13485: 2003 και εφαρμόζει την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 για την διακίνηση και εφαρμογή ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Ενδεικτική Προϋπολογισμένη δαπάνη

204,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και βαρύνει τον ΚΑΕ 1439

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Ο Συντάκτης

Σκαρβελάκης Εμμ.

Ο Προϊστάμενος της Τ/Υ

Μπελιμπασάκης Ιωάννης