



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

«ΔΙΑΔΥΝΑΚΕΙΟ»

(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ)
Ταχ.Δ/ση: Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3

Ξεροκαμάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ

Αριθμ.Πρωτ:4029.....

Σητεία : 12/11/2020

ΠΡΟΣ: Προμήθειες Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας

Κοινοποίηση: Αν/τρια Διοικήτρια ΑΟΜ
Σητείας

ΕΠΕΙΓΟΝ

Πληροφορίες: Τμήμα Τεχνικού & ΒΙΤ

☎ Τηλέφωνο: 28433 40465, 28433 40373

☎ Fax: 28430 25352

✉ E-mail: texniki.ypiresia@ghsitia.gr

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ PADDLES ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει η ανάγκη προμήθειας 1 ζεύγους paddles, το οποίο να είναι απόλυτα συμβατό με τον απινιδωτή Nihon Kohden TEC-5531K, έπειτα από προφορική ενημέρωση που λάβαμε από το προσωπικό των Χειρουργείων λόγω φθοράς των ήδη εγκατεστημένων paddles (σπασμένο πλαστικό στις άκρες των paddles), με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας των χειριστών του εν λόγω ιατρικού μηχανήματος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

1. Ένα (1) ζεύγари External paddles απόλυτα συμβατό με τον απινιδωτή Nihon Kohden TEC-5531K.
2. Να είναι καινούργιο αμεταχειρίστο, και κατάλληλο για Νοσοκομειακή χρήση.
3. Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι ενταγμένη σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.2939/2001 και το Π.Δ. 117/2004.
4. Η προμηθεύτρια εταιρεία και το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά ISO, Ελεγχου ποιότητας, διακίνησης και τεχνικής υποστήριξης τεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)

Ενδεικτική Προϋπολογισμένη δαπάνη

1066,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και βαρύνει τον ΚΑΕ 9749

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Ο Συντάκτης

Σκαρβελάκης Ε.μ.

Ο Προϊστάμενος της Τ/Υ

Μπελιμπασάκης Ιωάννης