

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Για τις ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών απαιτείται η προμήθεια δύο εξεταστικών κρεβατιών βαρέως τύπου που θα πρέπει να καλύπτουν κατ' ελάχιστο τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές :

1. Η πλάτη να ρυθμίζεται από 0-70° με μηχανική κίνηση και αυτόματο σύστημα σταθεροποίησης και δυνατότητα επιλογής ενδιάμεσων θέσεων (να αναφερθεί ο αριθμός των θέσεων)
2. Τα τμήματα της επιφάνειας κατάκλισης να είναι ανθεκτικά και για υπέρβαρους, επενδυμένα με στρώμα δερμάτινης που να είναι μεγάλης αντοχής, άκαυστη, πλενόμενη, με ενισχυμένη συρραφή καθώς επίσης να αντέχει στα νοσοκομειακά χημικά απολύμανσης και καθαρισμού.
3. Να είναι κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας, ανθεκτικής αντοχής, κατάλληλο για εξέταση ασθενών σε Νοσοκομείο.
4. Να διαθέτει χαλύβδινο σκελετό, ηλεκτροστατικής βαφής, διατομής Φ32 και άνω, όπως και τα πόδια να είναι σταθερά.
5. Να είναι δύο τμημάτων (πλάτης -πόδια).
6. Κατάλληλο για ασθενείς με βάρος έως και 300kg.
7. Διαστάσεις : (Μήκος) 185 εκ. (± 10 εκ.) X (Πλάτος) 75 εκ. (± 5 εκ.) X (Υψος) 60 εκ. (± 5 εκ.).
8. Να είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό στήριξης και εκτύλιξης ρολού εξεταστικού χαρτιού.


Γενικοί Όροι

Θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

- Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενου μηχανήματος του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους καθώς και οδηγίες συναρμολόγησης.
- Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης.
- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη
- Να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας
- Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 και ISO 13485 και ο προσφερόμενος εξοπλισμός να διαθέτει CE. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά τα οποία να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά.
- Να διατίθεται από προμηθευτή που έχει EN ISO9001/00 και ISO13485/03 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων, που πληροί την Υ.Α ΔΥ8δ/ Γ.Π οικ/1348/04 και είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης ανακύκλωσης συσκευών βάση του Π.Δ 117/2004.

Για τις Τεχνικές Υπηρεσίες

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡ. ΤΕΧ/ΓΙΑΣ



Για το Τμήμα - Κλινική

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κ.Υ. - Α.Ο.Μ. ΣΗΤΕΙΑΣ - Τ.Κ. 14500
ΑΜΚΑ 2201690569 Τηλ: 87087

