

## Προδιαγραφές

### 1) Δοκιμαστικός σκελετός ενηλίκων

- Ποικιλία οριζόντιων και κάθετων ρυθμίσεων
- Επιρρήνιο στήριγμα μεταβλητό
- Ξεχωριστές ρυθμίσεις για το μήκος και την κλίση του κροτάφου
- Ανθεκτικό ελατήριο για τη στήριξη του σκελετού στο κεφάλι του ασθενούς
- Μεταβολή της διακορικής απόστασης από 48-80 χιλιοστά
- 5 αύλακες για την τοποθέτηση δοκιμαστικών γυαλιών
- Βάρος μικρότερο από 75 γρ.

### 2) Δοκιμαστικός σκελετός παιδιών

- 5 αύλακες για την τοποθέτηση δοκιμαστικών γυαλιών
- Μεταβολή της διακορικής απόστασης από 40-72 χιλιοστά
- Ανατομικά σχεδιασμένα στηρίγματα αυτιών
- Ποικιλία οριζόντιων και κάθετων ρυθμίσεων
- Επιρρήνιο στήριγμα μεταβλητό
- Κατασκευασμένος από ελαφρύ υλικό

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΡΧΙΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ  
Γ.Ν. ΛΑΣΙΣΙΟΥ - Κ.Θ.Μ. ΣΗΤΕΙΑΣ  
ΑΜΚΑ 09027302414 ΑΜ ΤΣΑΥ 92982