

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ

Η προμήθεια οξύμετρου δακτύλου θα πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές :

- Να είναι πλήρες, καινούριο και αμεταχείριστο, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
- Να διαθέτει οθόνη κατά προτίμηση LED.
- Μετράει τα επίπεδα κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα καθώς και τους καρδιακούς παλμούς.
- Ένδειξη απεικόνισης με μπάρα γραφικών των μετρήσεων και την κατάσταση της μπαταρίας.
- Να λειτουργεί με κοινές μπαταρίες διαθέσιμες στο ελεύθερο εμπόριο.
- Αυτόματο σβήσιμο όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Να είναι φορητό και εύκολο στη χρήση .
- Συμπεριλαμβάνει 1 θήκη αποθήκευσης.
- Θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη από τον προμηθευτή για επάρκεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων.

Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών χαρακτηριστικά για να αξιολογηθούν

Γενικοί Όροι

Θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

- Να έχει τις προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας που διέπουν την αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της χώρας μας.
- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δυο (2) έτη.
- Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενου εξοπλισμού του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καθώς και οδηγίες συναρμολόγησης
- Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης της συσκευής από την ημερομηνία της παραγγελίας, (παράδοση στις αποθήκες του Νοσοκομείου, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή).
- Η προμηθευτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 ή ENISO13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
- Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO9001:08 και ISO13485:03, και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).

Για τις Τεχνικές Υπηρεσίες

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΑΤΡ. ΤΕΧ/ΓΙΑΣ

Για το Τμήμα - Κλινική

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
27402348