

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ

- Η συσκευή να είναι καινούρια, αμεταχειρίστη, σύγχρονης τεχνολογίας.
- Να είναι σύμφωνη με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE.
- Να είναι φορητή και εύκολη στη χρήση και να συνοδεύεται από θήκη αποθήκευσης.

Η προμήθεια ωτοσκοπίου θα πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές :

1. Το ωτοσκόπιο να είναι πλήρες, καινούριο και αμεταχειριστό.
2. Μικρού μεγέθους & βάρους, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE.
3. Να έχει λυχνία LED(ή τεχνολογίας ξένου αλογόνου XHL) για 100% περισσότερο φωτισμό.
4. Να είναι φορητό και εύκολο στη χρήση
5. Να συνοδεύεται από σκληρή θήκη μεταφοράς/ αποθήκευσης
6. Να λειτουργεί με κοινές μπαταρίες διαθέσιμες στο ελεύθερο εμπόριο
7. Να είναι κατασκευασμένο από μέταλλο και ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας και λαβή μπαταρίας κυλινδρικού σχήματος.
8. Το ωτοσκόπιο να έχει μεγέθυνση τουλάχιστον 3X, ο φακός να είναι περιστρεφόμενος και προσαρμοσμένος πάνω στη συσκευή.
9. Να συνοδεύεται από χωνάκια ιδίου χρώματος και κατάλληλης μικρής διαμέτρου
10. Θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη από τον προμηθευτή για επάρκεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων.

Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών χαρακτηριστικά για να αξιολογηθούν

Γενικοί Όροι

Θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη .
- Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενου εξοπλισμού του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καθώς και οδηγίες συναρμολόγησης
- Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ).
- Η προμηθευτική εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 ή ENISO13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)

- Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης της συσκευής από την ημερομηνία της παραγγελίας, (παράδοση στις αποθήκες του Νοσοκομείου, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή)
- Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO9001:08 και ISO13485:03, και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE
(Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)

Για τις Τεχνικές Υπηρεσίες

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΟΙΔΑΤΡ. ΤΕΧ/ΤΙΑΣ

Για το Τμήμα - Κλινική

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΑΥΤΕΛΛΑΔΗΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤ.
Α.Μ.Κ.Α.: 17001101403