

Προδιαγραφές κεφαλής κερκίδος.
Σετ για την οστεοσύνθεση καταγμάτων κεφαλής κερκίδος.

1. Να περιλαμβάνει ανατομικές συμπιεστικές πλάκες από τιτάνιο, χαμηλού προφίλ, για Κατάγματα κεφαλής κερκίδος σε 2 μεγέθη.
2. Να φέρουν προφορτωμένους οδηγούς τρυπανιών, για ταχύτητα στην οστεοσύνθεση.
3. Να δύναται να διαμορφωθούν τρισδιάστατα, για απόλυτη εφαρμογή στις ανατομικές Ανάγκες του κάθε ασθενούς.
4. Να προσφέρουν την δυνατότητα προσωρινής σταθεροποίησης με k wires, είτε μέσω ειδικών Οπών ή σχισμών, είτε μέσω των οπών για βίδες με την χρήση ανάλογων μανικιών.
5. Να δέχονται και να συνοδεύονται από βίδες 2,5 mm φλοιώδους απλές και κλειδούμενες, Πλήρως ενταφιαζόμενες στο σώμα της πλάκας.

Ζήτηση:

1. Ανατομική Πλάκα οστεοσύνθεσης κεφαλής κερκίδος σε 2 μεγέθη. 1τμχ
2. Βίδες cortical 2.5mm από 14mm έως 40mm. 7τμχ
3. Βίδες cortical 2.5 mm κλειδούμενες από 14 mm έως 40mm. 7τμχ
4. Οδηγοί 1.6 mm 2τμχ

FABIO RICARDI
ΕΠ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β' ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Α.Ο.Μ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Α.Μ. Α.Υ. 137289
Α.Μ.Κ.Α. 04018304339