

173503

Επαναφορτιζόμενο εργαλείο μιας χρήσης, ευθείας συρραφής-διατομής ιστών (8 πυροδοτήσεων) προφορτωμένο με ανταλλακτική κεφαλή, με νέα κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και επαναπυροδότησης. Ρυθμιζόμενη αμφίπλευρη πυροδότηση με ενισχυμένους σιαγώνες και διπλή κεντρική στήριξη για μεγαλύτερη αντοχή στις στρεβλώσεις. Χειρολαβές με ενσωματωμένο πολυμερές για βέλτιστο έλεγχο του εργαλείου. Να τοποθετεί δύο τριπλές ανισοϋψείς αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της διατομής για αυξημένη ασφάλεια συρραφής, με αγκήρες τιτανίου ορθογώνιας διατομής που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ, ύψους αντίστοιχα (2,4mm-2,7mm-3mm) για αγγειακούς/μεσαίους ιστούς, (3mm-3,5mm-4mm) για μεσαίους/παχείς ιστούς και (4mm-4,5mm-5mm) για πολύ παχείς ιστούς. 60mm για μεσαίους/παχείς ιστούς (με ύψος ανοικτού κλίπ 3,0-3,5-4,0mm)

7^η ΥΠΕ - Γ. Ν. ΣΗΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΣ ΕΠΙΠΛΗΡΗΤΗΣ Α'
ΑΜΚΑ: 23097104679
Α.Μ. ΤΣΑΥ: 103267

173504

Ανταλλακτική κεφαλή για επαναφορτιζόμενο εργαλείο μιας χρήσης, ευθείας συρραφής-διατομής ιστών, του α/α 19, με νέα κοπτική λάμα από ανοξείδωτο ατσάλι σε κάθε επαναφόρτιση και μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και επαναπυροδότησης. Να τοποθετεί δύο τριπλές ανισοϋψείς αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της διατομής για αυξημένη ασφάλεια συρραφής, με αγκήρες τιτανίου ορθογώνιας διατομής που να διαθέτουν την μέγιστη αντοχή σε λυγισμό για αποφυγή στρέβλωσης του κλίπ, ύψους αντίστοιχα (2,4mm-2,7mm-3mm) για αγγειακούς/μεσαίους ιστούς, (3mm-3,5mm-4mm) για μεσαίους/παχείς ιστούς και (4mm-4,5mm-5mm) για πολύ παχείς ιστούς. 60mm για μεσαίους/παχείς ιστούς (με ύψος ανοικτού κλίπ 3,0-3,5-4,0mm)

7^η ΥΠΕ - Γ. Ν. ΣΗΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ / ΠΡΟΙΜΕΛΗΤΗΣ Α'
ΑΜΚΑ: 23097102679
Α.Μ. ΤΣΑΥ: 102267

173510

Εργαλείο κυκλικής αναστόμωσης, μίας χειρολαβής διαμέτρου 28mm και μήκους στελλεού 22cm. Με ανακλινόμενο χαμηλού προφίλ άκμονα. Με τρεις αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής με 39 αγκτήρες τιτανίου κυκλικής εγκάρσιας διατομής 0.24mm, ύψους (4mm, 4.5mm, 5mm) για πολύ παχείς ιστούς. Με κοπτική λάμα - λοξευμένη σμίλη από ανοξείδωτο ατσάλι 420.

7^η ΥΠΕ - Γ. Ν. ΣΗΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α'
ΑΜΚΑ: 23097102679
Α.Μ. ΤΣΑΥ: 193267

173512

Εργαλείο κυκλικής αναστόμωσης, μίας χειρολαβής διαμέτρου 31mm και μήκους στελλεού 22cm. Με ανακλινόμενο χαμηλού προφίλ άκμονα. Με τρεις αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής με 45 αγκτήρες τιτανίου κυκλικής εγκάρσιας διατομής 0.24mm, ύψους (4mm, 4.5mm, 5mm) για πολύ παχείς ιστούς. Με κοπτική λάμα - λοξευμένη σμίλη από ανοξείδωτο ατσάλι 420.

7^η ΥΠΕ - Γ. Ν. ΣΠΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α'
ΑΜΚΑ: 23557102679
Α.Μ. ΣΣΑΥ: 103267

179534

Αυτόματο επαναφορτιζόμενο συρραπτικό εργαλείο, ευθείας συρραφής, με μια χειρολαβή σύγκλισης-πυροδότησης, τοποθετεί δύο αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής με ισχυρούς αγκτήρες ορθογώνιας διατομής, μήκους συρραφής 60mm και ύψους κλιπ 4,8mm για κανονικούς ιστούς.

7^η ΥΠΕ - Γ. Ν. ΣΥΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΙΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΤΗΣ Α'
ΑΜΚΑ: 23097102679
Α.Μ. ΤΣΑΥ: 103267

216829

Ανταλλακτική κεφαλή για αυτόματο συρραπτικό εργαλείο, ευθείας συρραφής, τοποθετεί
δύο αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής με ισχυρούς αγκήρες ορθογώνιας διατομής,
μήκους συρραφής 60mm και ύψους κλιπ 4,8mm για παχείς ιστούς.

7^η ΥΠΕ - Γ. Ν. ΣΗΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΕΡΓΟΛΗΤΗΣ Α'
ΑΜΚΑ: 2200102679
Α.Μ. Π.Σ.ΑΥ: 103267

24585

Αυτόματες λαβίδες περίπαρσης εντέρου με 28 κλιπ από ανοξείδωτο ατσάλι που κλείνουν σε σχήμα Β, με ενσωματωμένο μη απορροφήσιμο ράμμα μονόκλωνου πολυαμιδίου 2-0, μήκους 65mm

7^η ΥΠΕ - Γ. Ν. ΣΗΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α'
ΑΜΚΑ: 25007409679
Α.Μ. ΤΣΑΥ 103267

Α) Να διαθέτει την πλήρη νομική εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου για τα προϊόντα που πωλεί.

Β) Να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό και να παρέχει τεχνική υποστήριξη 24/365 σύμφωνα με τα τεχνικά και βιομηχανικά πρότυπα του κατασκευαστικού οίκου.

Γ) Να ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με κάθε ανάκληση προϊόντος ή διορθωτικό μέτρο ασφαλείας κατά τη χρήση καθώς και για κάθε έλλειψη αποθέματος.

Δ) Να της παρέχονται οδηγίες για την αποθήκευση και το χειρισμό των προϊόντων σε κατάλληλες συνθήκες/συσκευασίες και τον χειρισμό τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του κατασκευαστή.

Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με την υπόδειξη των αντίστοιχων εγγράφων που εκδίδονται από τον κατασκευαστικό οίκο.

7^η ΥΠΕ - Γ. Ν. ΣΥΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α'
ΑΜΚΑ: 2309102679
Α.Μ. ΤΣΑΥ: 103267