

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ

Η προμήθεια στηθοσκοπίου θα πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές :

1. Το προσφερόμενο στηθοσκόπιο να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, ανθεκτικής κατασκευής και κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.
2. Να είναι κατάλληλο για φυσική διάγνωση και αξιολόγηση ενηλίκων.
3. Να παρέχει βέλτιστη ακουστική ευκρίνεια χαμηλών και υψηλών ακουστικών συχνοτήτων.
4. Να διαθέτει διπλά και προσαρμοζόμενα ακουστικά, μέσω των οποίων να εξασφαλίζεται μέγιστη ηχομόνωση.
5. Να διαθέτει σωλήνα από εύκαμπτο ανθεκτικό υλικό. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής.
6. Να διαθέτει κώδωνα από ανοξείδωτο υλικό. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής
7. Η ροδέλα (στεφάνι) να είναι κατασκευασμένη από υλικό που να μην παγώνει το δέρμα του ασθενή. Να αναφερθεί το υλικό κατασκευής
8. Να είναι εύκολη στη χρήση και να συνοδεύεται από θήκη αποθήκευσης.

Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών χαρακτηριστικά για να αξιολογηθούν

Γενικοί Όροι

Θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

- Να έχει τις προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας που διέπουν την αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της χώρας μας.
- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη.
- Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενου εξοπλισμού του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καθώς και οδηγίες συναρμολόγησης
- Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης της συσκευής από την ημερομηνία της παραγγελίας, (παράδοση στις αποθήκες του Νοσοκομείου, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή).
- Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 ή ENISO13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
- Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO9001:08 και ISO13485:03, και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ

- Η συσκευή να είναι καινούρια, αμεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας.
- Να είναι σύμφωνη με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE.
- Να είναι φορητή και εύκολη στη χρήση και να συνοδεύεται από θήκη αποθήκευσης.

Η προμήθεια ωτοσκοπίου θα πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές :

1. Το ωτοσκόπιο να είναι πλήρες, καινούριο και αμεταχείριστο.
2. Μικρού μεγέθους & βάρους, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE.
3. Να έχει λυχνία LED(ή τεχνολογίας ξένου αλογόνου XHL) για 100% περισσότερο φωτισμό.
4. Να είναι φορητό και εύκολο στη χρήση
5. Να συνοδεύεται από σκληρή θήκη μεταφοράς/ αποθήκευσης
6. Να λειτουργεί με κοινές μπαταρίες διαθέσιμες στο ελεύθερο εμπόριο
7. Να είναι κατασκευασμένο από μέταλλο και ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας και λαβή μπαταρίας κυλινδρικού σχήματος.
8. Το ωτοσκόπιο να έχει μεγέθυνση τουλάχιστον , ο φακός να είναι περιστρεφόμενος και προσαρμοσμένος πάνω στη συσκευή.
9. Να συνοδεύεται από χωνάκια ιδίου χρώματος και κατάλληλης διαμέτρου
10. Θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη από τον προμηθευτή για επάρκεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων.

Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών χαρακτηριστικά για να αξιολογηθούν

Γενικοί Όροι

Θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη .
- Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενου εξοπλισμού του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καθώς και οδηγίες συναρμολόγησης
- Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ).
- Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 ή EN ISO 13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)