

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΠΟΡΤΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 195 LT

Σητεία , 01-04-2024

Για τις ανάγκες του Τμήματος Αιμοδοσίας , απαιτείται η προμήθεια ενός ψυγείου δίπορτο (με συντήρηση και κατάψυξη) , που θα πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστον τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές :

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο ,σύγχρονης τεχνολογίας
2. Τύπος ψυγείου : Δίπορτο ,οικιακού τύπου
3. Διαστάσεις επιθυμητές (Υ/Π/Β) =140*60*55 cm (±10 cm)
4. Συνολική Χωρητικότητα : 195 lt (±15 lt)
5. Χωρητικότητα Συντήρηση /Κατάψυξη :Ενδεικτικά 160 lt συντήρηση /40 lt κατάψυξη
6. Ενεργειακή Κλάση F
7. Επίπεδο θορύβου (μέγιστο) = 40dB
8. Εύρος θερμοκρασίας συντήρησης : +2/+6 °C
9. Δυνατότητα κατάψυξης : έως τους - 18 °C
10. ψυκτική ικανότητα 4 αστέρων
11. Ψυκτικό υγρό : R600a ,φύλκό προς το περιβάλλον ,χαμηλή συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου .
12. Με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη
13. Με ρυθμιζόμενα πόδια
14. Με εσωτερικό φωτισμό LED


ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


- Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες και τα πρότυπα της Ε.Ε
- Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) του προσφερόμενου μηχανήματος του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.
- θα πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και προφύλαξης στα ελληνικά.
- Η εγγύηση κάθε τύπου ψυγείου πρέπει να καλύπτει το χρονικό διάστημα δύο ετών (2) τουλάχιστον .Κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του Γενικού Νοσοκομείου Σητείας να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτημα του που έχει υποστεί φθορά, βλάβη και

η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή ελλιπή συντήρηση του. Επάρκεια σε ανταλλακτικά για τουλάχιστον 10 χρόνια .

- Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν τιμοκατάλογο με τα βασικά ανταλλακτικά του προσφερόμενου τύπου πλυντηρίου ,οι αναφερόμενες αξίες του οποίου θα παραμένουν σταθερές κατά τη διάρκεια της εγγύησης
- Οι προμηθευτές πρέπει, να καταθέσουν μαζί με την τεχνική προσφορά σχετική πιστοποίηση ISO του κατασκευαστή, καθώς και τα πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ) ή ισοδύναμα από τα οποία να προκύπτει ότι ικανοποιούνται οι αντίστοιχες απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ε.Ε

Οι Συντάκτες των Τεχνικών Προδιαγραφών


Καλύβας Περικλής
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών


Μπελιμπασάκης Ιωάννης
ΔΕ Τεχνικού