

Τα χειρουργικά πεδία να αποτελούνται από:

- Μемβράνη πολυαιθυλενίου υψηλής ποιότητας για πλήρη αδιαπερατότητα υγρών και μικροβίων, κατάλληλης υφής για βέλτιστη σταθεροποίηση.
- Ένα απορροφητικό στρώμα παραγομένων υγρών και
- Ένα επιπλέον ενισχυμένο στρώμα υψηλής απορροφητικότητας για μέγιστη και ταχύτερη απορρόφηση των υγρών.

Τα αυτοκόλλητα να είναι φιλικά προς το δέρμα, από συνθετικό καουτσούκ, χωρίς λάτεξ και κολοφώνιο.

Η αποστείρωση να έχει πραγματοποιηθεί με οξειδίου του αιθυλενίου σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 11135-1.

Να διαθέτουν CE κατά την ευρωπαϊκή οδηγία περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων (EU) 2017/745 (MDR)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΣΑΡΙΝΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β
Τη ΥΠΕΛΟΝ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΜ 140590 ΑΜΚΑ 13058801658