

**Οι βελόνες να έχουν :**

- 1) Λεία εξωτερική επιφάνεια.
- 2) Στυλεό από ανοξείδωτο ατσάλι.
- 3) Να επιτρέπουν την άμεση και γρήγορη παλινδρόμηση του Ε.Ν.Υ.
- 4) Να φέρουν άκρο ακριβείας και μικρή στρογγυλή πλάγια οπή για ελαχιστοποίηση της επίπτωσης κεφαλαλγίας μετά από τρώση της σκληράς μήνιγγας.
- 5) Να φέρουν διαφανή δακτυλολαβή ώστε να επιτρέπεται η άμεση πιστοποίηση της εξόδου Ε.Ν.Υ.
- 6) Να φέρουν στυλεούς με χρωματική σήμανση για άμεση αναγνώριση του μεγέθους.
- 7) Να διατίθενται με βελόνα εισαγωγής για να επιβεβαιώνεται η ακριβής και ασφαλής τοποθέτηση στον υπαραχνοειδή χώρο.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΒΑΡΔΑΣ**  
**ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΝ-Ε**  
**ΑΜ ΤΣΑΥ 111418 ΑΜΚΑ 29037902995**

