

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ

Η προμήθεια ηλεκτρονικού πιεσόμετρου μπράτσου θα πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές :

1. Η συσκευή να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, κατάλληλα για νοσοκομειακή χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα που απαιτούνται για την διενέργεια της εξέτασης.
2. Να μετρά τη συστολική, τη διαστολική και μέση πίεση και τον καρδιακό ρυθμό.
3. Να είναι φορητό μικρού όγκου και βάρους και να είναι εύκολο στη χρήση.
4. Να έχει και να λειτουργεί με απλές μπαταρίες. Να συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και προστασίας.
5. Να έχει ψηφιακή απεικόνιση όλων των μετρήσεων.
6. Να έχει αυτόματη έναρξη φουσκώματος και ξεφουσκώματος της περιχειρίδας με το πάτημα ενός κουμπιού και δυνατότητα εξατομικευμένης ρύθμισης της πίεσης της περιχειρίδας.
7. Να έχει οπτικοακουστικό συναγερμό για κάθε παράμετρο ξεχωριστά.
8. Να διαθέτει περιχειρίδα αυτοκόλλητη κατάλληλη για πλύσιμο ή στεγνό καθάρισμα, με δείκτη καταλληλότητας μεγέθους. Να φέρει περιχειρίδα για μεσαίου-μεγάλου μεγέθους 22-42εκ.
9. Στην οθόνη του θα εμφανίζει ενδείξεις για ακανόνιστους παλμούς καρδιάς (αρρυθμία) και για μετρήσεις πάνω από τα ενδεδειγμένα όρια.
10. Να απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.

Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών χαρακτηριστικά για να αξιολογηθούν.


Γενικοί Όροι

Θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

- Να έχει τις προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας που διέπουν την αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της χώρας μας.
- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη.
- Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενου εξοπλισμού του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καθώς και οδηγίες συναρμολόγησης
- Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης της συσκευής από την ημερομηνία της παραγγελίας.(παράδοση στις αποθήκες του Νοσοκομείου, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή).
- Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 ή ENISO13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)

- Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO9001:08 και ISO13485:03, και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)


Λυαβιλάκη Οφθ.

Μποϊσκαφάνου


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΑΘΗΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Κ.Υ. - Α.Ο.Μ. ΣΗΤΕΙΟΥ ΕΝ ΑΡΕΤΕΙΩ
ΑΜΚΑ 2216900599
Τ.Σ.ΑΥ. 67087