

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ

- Η συσκευή να είναι καινούρια, αμεταχειριστή, σύγχρονης τεχνολογίας.
 - Να είναι σύμφωνη με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE.
 - Να είναι φορητή και εύκολη στη χρήση και να συνοδεύεται από θήκη αποθήκευσης.
- Η ποιότητα ωτοσκοπίου θα πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές :


1. Το ωτοσκόπιο να είναι πλήρες, καινούριο και αμεταχειριστό.
2. Μικρού μεγέθους & βάρος, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE.
3. Να έχει λυχνία LED(ή τεχνολογίας ζέου αλογόνου XHL) για 100% περισσότερο φωτισμό.
4. Να είναι φορητό και εύκολο στη χρήση
5. Να συνοδεύεται από σκληρή θήκη μεταφοράς/ αποθήκευσης
6. Να λειτουργεί με κοινές μπαταρίες διαθέσιμες στο ελεύθερο εμπόριο
7. Να είναι κατασκευασμένο από μέταλλο και ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας και λυχνία μπαταρίας κβαλινδρικού σχήματος.
8. Το ωτοσκόπιο να έχει μεγέθυνση τουλάχιστον 3X, ο φακός να είναι περιστρεφόμενος και προσαρτησιμής πάνω στη συσκευή.
9. Να συνοδεύεται από χωνάκια ιδίου χρώματος και κατάλληλης διαμέτρου
10. Θα πρέπει να υπάρχει υποστηρίξη από τον προμηθευτή για επάρκεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων.

Γενικοί Όροι

Θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη .
- Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενων εξοπλισμών του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να εκτιμηθούν οι τεχνικά χαρακτηριστικά του καθώς και οδηγίες συναρμολόγησης
- Να καταβεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ).
- Η προμηθευτική εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 ή ENISO13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
- Να αναφερθεί ο χρόνος παραδόσης της συσκευής από την προμηθευτική εταιρεία (παραδόση στις αποθήκες του Νοσοκομείου, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή)

- Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO9001:08 και ISO13485:03, και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE
(Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)


Λυμπελάκης Σπυρ.

Η Προϊσταμένη

