

65474

**ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ**

1. Ο αισθητήρας ενηλίκων να είναι μιας χρήσης, να αποτελείται από τέσσερα ηλεκτρόδια σε ενιαία κατασκευή και να μετρά το βάθος αναισθησίας με τη μέθοδο του διαφοσματικού δείκτη με συνδετικό clip ασφαλείας.
2. Να άγει συνεχές ηλεκτροεγκεφαλικό σήμα μέσω 2 καναλιών. Να δύναται να μετρήσει EMG.
3. Ο αισθητήρας να είναι LATEX-FREE, PVC -FREE, DEHP-FREE, NITRILE-FREE.
4. Να δύναται να συνδεθεί με μόνιτορ το οποίο μέσω της οθόνης παρακολούθησης να ενεργοποιούνται φίλτρα για την μείωση μη επιθυμητών πιθανών παρεμβολών του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος.
5. Να παρέχεται από την προμηθεύτρια εταιρεία, κατάλληλα εκπαιδευμένο - πιστοποιημένο προσωπικό για την κλινική εφαρμογή του προσφερόμενου υλικού καθώς και για την εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης τους.

Οι αισθητήρες να συνοδεύονται από μόνιτορ μέτρησης βάθους αναισθησίας.

ΛΟΥΙΣΕΤΗ Α. ΔΕΣΠΟΙΝΑ  
Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΛΟΓΟΣ  
ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ - ΓΥ. ΛΑΞΙΘΙΟΥ  
ΑΜΚΑ 16076602305 ΑΔΑ 82775