

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΝΤΕΟ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ

Η προμήθεια Βίντεο Ωτοσκοπίου θα πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές :

Το βίντεο-ωτοσκόπιο να είναι κατάλληλο για ωτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας, να διαθέτει έγχρωμη οθόνη καθώς και εργονομικό σχεδιασμό.

Να διαθέτει ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη LCD 2.4" (320 x 240px) υψηλής ευκρίνειας, στην οποία να εμφανίζεται μια ακριβή και ευκρινή εικόνα του ακουστικού πόρου, η οποία να μπορεί απευθείας να γίνεται αποθήκευση & επεξεργασία. Να είναι άμεσα διαθέσιμη για επισκόπηση και διαμερισμό είτε με τον ασθενή είτε για αποθήκευση στον Η/Υ.

Το βίντεο-ωτοσκόπιο να διαθέτει εναλλάξιμη κάμερα και λειτουργία παγώματος οθόνης της εικόνας (freeze), να περιλαμβάνει καλώδιο για σύνδεση με οθόνη υπολογιστή, ώστε να μπορεί εύκολα να συνδεθεί με Η/Υ μέσω USB για τη μεταφορά των δεδομένων.

Το βίντεο-ωτοσκόπιο να περιλαμβάνει:

- Αισθητήρας κάμερας των 45mm (διαμέτρου 5.2mm) :1
- Καλώδιο σύνδεσης Video RCA
- Αλκαλικές μπαταρίες AA: 2
- Χωνάκια ωτοσκοπίου μιας χρήσης: 24
- Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion με βάση φόρτισης
- Θήκη προστασίας και μεταφοράς
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 4 ώρες
- Διαστάσεις: περίπου 8 x 20cm
- Βάρος: περίπου 220gr

Γενικοί Όροι

Θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

- Να έχει τις προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας που διέπουν την αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της χώρας μας.
- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη.
- Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενου εξοπλισμού του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καθώς και οδηγίες συναρμολόγησης
- Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης της συσκευής από την ημερομηνία της παραγγελίας,(παράδοση στις αποθήκες του Νοσοκομείου, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή).
- Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 ή ENISO13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να

κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)

- Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO9001:08 και ISO13485:03, και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)



Ρουβεκάκης Εμμανουήλ