

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΕΤ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

1. Το προσφερόμενο σετ να είναι κατάλληλο για μονή έγχυση μέσω ογκομετρικών ηλεκτρονικών αντλιών που υπάρχουν στο τμήμα. Να πιστοποιείται εγγράφως από τον κατασκευαστή των αντλιών.
2. Το σετ να διαθέτει:
 - Σταγονομετρικό θάλαμο
 - Καπάκια ασφαλείας
 - Καθετήρα αντλίας PVC
 - Φίλτρο 15μm
 - Θύρα έκτακτης χορήγησης, τύπου «Υ»
 - Ρόλερ ακριβείας, σχεδιασμένο να κρατάει την γραμμή διαπερατή, με μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, με μεγαλύτερη ασφάλεια.
 - Κούμπωμα LuerLock
 - Κάλυμμα LuerLock με φίλτρο
3. Να είναι διαφανές
4. Να έχει γραμμή συνολικού μήκους 200 cm.
5. Να είναι DEHP, FTALATES FREE και LATEX FREE
6. Να είναι σε αποστειρωμένη συσκευασία.
7. Να είναι μη πυρετογόνο.
8. Δείγμα απαραίτητο

9. Να έχει μεγάλη ημερομηνία λήξης

Χρ. Χαρολαου Στρατ

ΜΙΧΑΗΛΗΣ ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α.
Γ.Ν. ΜΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ο.Μ. ΣΠΕΙΑΣ
ΑΜΚΑ: 280583975
ΑΔΑΠ: 129389