

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ


- Να λειτουργούν με ρεύμα 220V και με επαναφορτιζόμενη μπαταρία(μπαταρίες LI-ON για μεγαλύτερη αυτονομία τουλάχιστον 60 λεπτά μετά από πλήρη φόρτιση) .
- Να συνοδεύονται από τον ανάλογο φορτιστή και ένδειξη φόρτισης.
- Μήκος καλωδίου τουλάχιστον 2,5 μέτρα.
- Να είναι ελαφριά και εύχρηστη και να έχει εργονομική λαβή.
- Να είναι αδιάβροχες και να καθαρίζονται εύκολα κάτω από τρεχούμενο νερό ή και με απολυμαντικό.

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΟΚΙΝΗΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

- Οι λεπίδες να είναι μιας χρήσεως από ανοξείδωτο ιατρικό χάλυβα και ατομικά συσκευασμένες.
- Να μην τραυματίζουν και να μην ερεθίζουν το δέρμα .
- Να κόβουν στεγνές και βρεγμένες τρίχες κεφαλής και σώματος.
- Φαρδιές από 35mm έως 36mm, $\pm 2\text{mm}$.
- Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση λεπίδας ,χωρίς να έρχεται σε επαφή η κοφτερή άκρη της λεπίδας, με τα χέρια του χρήστη.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Τα είδη να έρχονται αποστειρωμένα όπου απαιτείται και στην συσκευασία να αναγράφεται η ένδειξη CE MARK.
- Να κατατεθεί δείγμα του συστήματος Ξυριστική μηχανή/Λεπίδες για τεκμηρίωση των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών.
- Σε όλα τα είδη να περιλαμβάνεται το πρωτότυπο φυλλάδιο οδηγιών του κατασκευαστικού οίκου στην ελληνική γλώσσα ή επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.
- Εγγύηση καλής λειτουργίας για ξυριστική μηχανή 1 έτος.
- Η ημερομηνία λήξεως των προϊόντων-ανταλλακτικών λεπίδων να είναι άνω των (2) δύο ετών.
- Υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται το εργοστάσιο και η χώρα κατασκευής και το εργοστάσιο και η χώρα συσκευασίας και διανομής (σε περίπτωση που είναι διαφορετικά).
- Η εταιρεία θα πρέπει να παραχωρήσει ΔΩΡΕΑΝ για χρήση ως συνοδό εξοπλισμό στο Νοσοκομείο ένα εύλογο αριθμό χειρουργικών ξυριστικών μηχανών και τους αντίστοιχους φορτιστές με σκοπό να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των μονάδων του νοσοκομείου.



ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΑΡΤΕΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΑΓΓΛ. ΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΡΙΑ