



29/05/25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ -

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ/ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

Προμήθεια τέστ κήσεως ούρων.

Test ανιχνεύσης bhcg ουρων

Το υπο προμήθεια υλικό,θα πρέπει να έχει την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια,ειδικότητα και ευαισθησία,πιστοποίηση ποιότητας,και κατα το δυνατόν αργότερη ημερομηνία λήξης.

--Ο--

Υπευθυνος ιατρός του μ.γ τμήματος

ΚΑΡΑΒΥΤΑΚΗΣ ΚΙΩΤΗΣΙΟΣ
ΕΠΙΜΕΤΕΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥ
Α.Ο.Μ. ΣΗΤΕΙΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΜΚΑ: 28027704397 Α.Μ. ΤΣΑΥ: 121384

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τεστ πρόωρης ρήξης υμένων (ψηλές ρήξεις Rom Plus)

.Να είναι αποστειρωμένο σε διαφανή θήκη.

.Η συσκευασία να περιέχει την ταινία ανίχνευσης, το ειδικό στείλεό για τη λήψη του δείγματός και το ειδικό buffer στο οποίο τοποθετείται το στείλεό μετά την λήψη του δείγματος.

.Το στείλεό λήψης δείγματος να βρίσκεται σε ειδική αποστειρωμένη θήκη.

.Το τεστ να λειτουργεί με την ανίχνευση της Α φετοπρωτεΐνης του πλακούντα PP12 (Insulingrowth factor bilding protein στα κοιλικά υγρά.

.Να ανιχνεύει τις πρωτεΐνες και τα μονοκλωνικά αλλά και με πολυκλωνικά αντισώματα.

.Να είναι ειδανικό και αξιόπιστο ακόμα και σε μικρές ρήξεις.

.Να έχει 99% ευαισθησία και ειδικότητα κατά τις εβδομάδες 24- 34.

.Να μην επηρεάζεται από ποσότητα αίματος.

.Να μην χρειάζεται κολποδιαστολές για τη λειτουργία του.

.Να ανοχνεύει και πέραν του 12ωρου, λόγω των πολυκλωνικών αντισωμάτων.

29/09/25
ΚΑΡΑΒΥΡΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΠΙΜ. ΜΑΙΕΥΤΙΚΟY
Α.Ο.Μ. ΣΗΤΕΙΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΜΚΑ: 2800770497 Α.Μ. ΤΣΑΥ: 121384

ΚΑΡΑΒΥΡΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΠΙΜ. ΜΑΙΕΥΤΙΚΟY
Α.Ο.Μ. ΣΗΤΕΙΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΜΚΑ: 2800770497 Α.Μ. ΤΣΑΥ: 121384