

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΡΟΜΠΕΣ – ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Να είναι αρίστης ποιότητας , ανθεκτικές , με ενίσχυση από αδιάβροχο φράγμα , ειδικά κατασκευασμένες για χειρουργική χρήση για να αντέχουν σε συχνή χρήση , σε πλύσιμο στους 90οC, και αποστείρωση στους 134οC, ανθεκτικές σε συνεχείς χλωριώσεις, με ανεξίτηλες βαφές

1. Το ύφασμα να είναι καμπαρντίνα ύφανσης 2/1, απλή, ομαλή , ισόπυκνη, χωρίς λάθη και παραφασάδες, χρώματος πράσινο σκούρο. Σύνθεση 50% βαμβάκι -50% πολυέστερ, βάρους 180gr – 200gr/m², ή καμπαρντίνα ύφανσης 2/1, απλή, ομαλή , ισόπυκνη, χωρίς λάθη και παραφασάδες, χρώματος πράσινο σκούρο. Σύνθεση 100% βαμβακερό, βάρους 190gr – 200gr/m², από αρίστης ποιότητας νήματα, με ειδική επεξεργασία προσυρίκνωσης (sanforise), με μέγιστο μπάσιμο στο πλύσιμο 2%, με ειδική αντιστατική , υποαλλεργική , αντι-τσαλακωτική σιλικονούχα μάλαξη χωρίς φορμαλδεϋδες για ευκολία στο σιδέρωμα, με anti-pillig για να μην χνουδιάζει και απελευθερώνει ινίδια στη χρήση του. Να έχει γίνει επεξεργασία αδιαβροχοποίησης με fluorocarbon που κάνει το ύφασμα υδρόφοβο, αιμόφοβο και απωθητικό της σκόνης.

2. Η αδιάβροχη ενίσχυση, να καλύπτει εξωτερικά όλο το μπροστινό μέρος και όλο το μανίκι, να είναι ύφασμα – φράγμα για υγρά και σωματίδια, κατασκευασμένο από μικροΐνες, αδιάβροχο με αναπνευσσιμότητα , με πλέγμα από ίνες άνθρακα που το καθιστούν αντιστατικό. Να καλύπτει τις απαιτήσεις της EN 13795 standard performance .

3. Το σχέδιο ραφής να έχει ως εξής:

α) Η μπλούζα να είναι μακριά (κάτω από το γόνατο, περίπου 130-135cm), με πλακοραφές στις πλαϊνές ραφές και πολύ καλά στερεώματα στα κορδόνια, το φάρδος να είναι 180cm και το φάρδος της αδιάβροχης ενίσχυσης 65-70cm.

β) Τα μανίκια να είναι μακριά ρεγκλάν (58-60cm) για ευκολία στην κίνηση, με ελαστική βαμβακερή μανσέτα τουλάχιστον 10- 12cm, μεγάλης αντοχής (να μην ξεχειλώνει ούτε να μαζεύει και να σφίγγει τον καρπό).

γ) Η λαιμόκοψη να είναι στρογγυλή και να υπάρχει εξωτερικά μπροστά, χρωματική ένδειξη μεγέθους από ύφασμα .

δ) Οι μπλούζες να έχουν αλληλοκαλυπτόμενη πλάτη για την διασφάλιση της άσηπτης τεχνικής , με δέσιμο με κορδόνια αντοχής (2 ζεύγη στο λαιμό και 2 ζεύγη στη μέση), τα πίσω κομμάτια να έχουν εσωτερικό δέσιμο για σταθερότητα και κάλυψη όλης της πλάτης.

4. Πιστοποιητικά εταιρείας: ISO: 9001/2015, _Y8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Το προσφερόμενο είδος να φέρει σήμανση CE Mark και να είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ σύμφωνα με την EN 93/42. Απαραίτητος αριθμός ΕΚΑΠΤΥ (Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία).


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΒΑΡΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΜ ΤΣΑΥ 111418 ΑΜΚΑ 290376020995