

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ενδομυελικός ολισθαίνων ήλος σε κοντή και μακριά έκδοση, ανατομικός με κυρτό προσθιοπίσθιο σχεδιασμό και στον κοντό και στον μακρύ, με περιφερικές αυλακώσεις και 50 έξω κύρτωση. Η κοντή έκδοση να διατίθεται σε μήκη 170 – 240 MM και η μακριά σε μήκη 300 – 480 MM, όλες σε διαμέτρους 9 – 12 MM, με προοπλισμένο set screw στροφικού κλειδώματος και χρήση σταθερού σκόπευτρου βιδών για όλα τα μήκη. Βίδα ή λάμα διαυχενική λοξής κατασκευής στον εγγύς φλοιό, σε μήκη 70 – 130 MM, διάτρητη για εφαρμογή τσιμέντου ή μοσχεύματος. Να παρέχεται πώμα σταθεροποίησης ή και ολίσθησης 0 – 15mm. Οι περιφερικές βίδες, στατικής ή δυναμικής εφαρμογής, να είναι αυτοκόπτουσες με σπείραμα διπλής διαμέτρου σε μήκη 26 – 85 MM.

Περιφερικές βίδες, στατικής ή δυναμικής εφαρμογής, να είναι αυτοκόπτουσες με σπείραμα διπλής διαμέτρου σε μήκη 26 – 85 MM.

Πώμα σταθεροποίησης ή και ολίσθησης 0 – 15mm.

Οδηγοί βελόνες 2,5 MM και 3,2 MM.

Φρέζες βαθμονομημένες 4,2 MM σε μήκη 300 και 350 MM.

ΒΑΣΟΣ-ΓΚΛΕΝ ΓΡΑΝΤΖΙΔΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ
7η ΥΠΕ - Γ.Ν. ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΜΚΑ: 08027702431 Α.Μ. 131203

Ο Γραφικός
Ιατρός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΛΑΠΠΑ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ
7η ΥΠΕ Α.Ο.Μ. ΣΗΤΕΙΑΣ Γ.Ν. ΜΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΜΚΑ 22107302741 Α.Μ. ΤΣΑΥ 102568