

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ:347099

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ: Να έχει μεγάλη χωρητικότητα, **1100 ml**. Να μετατρέπει το εξίδρωμα σε τζέλ. Να αναγράφεται πάνω στο μέσο συλλογής του εξιδρώματος η διαβάθμιση των ml. Να φέρει φίλτρο για αποφυγή εισροής εξιδρώματος στην αντλία. Να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με την αντλία και τα υπόλοιπα αναλώσιμα ώστε να είναι απόλυτα συμβατό για τέλεια προσαρμογή στο αντίστοιχο σετ επιδέσμων (σπόγγων).

7^Η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Γ.Ν. ΧΑΤΑΙΩΝ
ΡΑΧΜΑΝΙ Η.Κ. ΕΠΙΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ
Α.Μ. ΤΣΑΥ 125806 ΑΜΚΑ 24077804573
17/05/2019 13:05:59 ΑΜΚΑ 13058901658