


Τεχνικά χαρακτηριστικά και ειδικοί όροι :

- Η κεφαλή να είναι απολύτως συμβατή με το χειρουργικό τρυπάνι De Sutter Medical
- Η ανταλλακτική κεφαλή ορθοπεδικού τρυπανιού να είναι καινούργια, αμεταχείριστη και γνήσια της κατασκευαστικής εταιρείας De Soutter Medical Ltd .
- Η κεφαλή να είναι **τύπου DQ-708 0,5-7,4 mm (1/4")**
- Ταχύτητα περιστροφής : 0-1350 rpm
- Ο ανάδοχος προμηθευτής να διαθέτει εξουσιοδότηση για τη διανομή των προϊόντων και να είναι πιστοποιημένος πάροχος υπηρεσιών service στην Ελλάδα για τα προϊόντα της εταιρείας De Soutter medical Ltd .Να κατατεθεί επι ποινή αποκλεισμού εξουσιοδότηση σε ισχύ
- Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 ή ENISO13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατρο-τεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
- Ελαττωματικά υλικά που φθάρθηκαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ,θα αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Παραλαβής.
- Να αναφέρεται ο μέγιστος χρόνος παράδοσης τους από την ημέρα κατακύρωσης της προσφοράς.

Ο Συντάκτης των Προδιαγραφών



Περικλής Καλύβας
Μηχ/γος Μηχανικός T/Y & BIT