

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ MONITOR INFINITY DELTA ΤΗΣ DRAEGER

1. Ενδιάμεση πολυπαραμετρική βαθμίδα (TEM.1)

Ενδιάμεση πολυπαραμετρική βαθμίδα ""MultiMed® 5 Pod"", προς χρήση με τα monitors Draeger, μήκους 2.5m,

για παρακολούθηση των κάτωθι παραμέτρων:

α) Ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG) 3-πολικού ή 5-πολικού, σύνδεσης διπλής ακίδας (dual-pin),

β) Αναπνοής (impedance respiration)

γ) Παλμικής Οξυμετρίας (SpO₂), και

δ) Θερμοκρασίας διπλής στα monitors

Πιστοποιημένα συμβατή από τον οίκο κατασκευής του μόνιτορ Draeger.

2. 3-Πολικό Καλώδιο ΗΚΓ (TEM.1)

3-Πολικό καλώδιο ΗΚΓ ""ECG cable 3-lead"",

με σύνδεση διπλής ακίδας (dual-pin), μήκους 1 m, πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά.

Να είναι κατασκευασμένο χωρίς σιλκόνη, χωρίς latex (υποαλλεργικό) και χωρίς PVC

Σχεδιασμένο προς χρήση με τα monitor παρακολούθησης ασθενών Draeger και πιστοποιημένα συμβατά από τον οίκο κατασκευής του μόνιτορ.

3. 5-Πολικό Καλώδιο ΗΚΓ (TEM.1)

5-Πολικό καλώδιο ΗΚΓ ""ECG cable 5-lead"",

με σύνδεση διπλής ακίδας (dual-pin), μήκους 1 /1,5 m, πολλαπλών χρήσεων, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά.

Να είναι κατασκευασμένο χωρίς σιλκόνη, χωρίς latex (υποαλλεργικό) και χωρίς PVC


Σχεδιασμένο προς χρήση με τα monitor παρακολούθησης ασθενών Draeger και πιστοποιημένα συμβατά από τον οίκο κατασκευής του μόνιτορ.

Ειδικόί όροι :

- Καινούργια και αμεταχείριστα , να ακολουθούν τις ισχύουσες προδιαγραφές της Ε.Ε και να φέρουν υποχρεωτικά τη σήμανση CE
- Να παραδοθούν στο χώρο του Νοσοκομείου σε εργάσιμη μέρα και ώρα , με έξοδα μεταφοράς που θα βαρύνουν τον προμηθευτή

- Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 και EN ISO 13485:2016, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
- εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους

Οι συντάκτες των τεχνικών προδιαγραφών



Καλύβας Περικλής
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών