

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΣΚΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ CPAP

Σητεία, 21/01/2026

Μάσκα στοματορινική για συσκευή CPAP οίκου RESMED τύπου AIRGEL

- Η μάσκα να διατίθεται με μια βαλβίδα με θύρα εκπνοής (Vented) και με αντιασφυζιογόνο βαλβίδα (AAV).
- Να διαθέτει περιστρεφόμενο (360°) άκρο/βαλβίδα για την βέλτιστη τοποθέτηση του σωλήνα αλλά και για καλύτερη κινητικότητα του ασθενούς.
- Να διαθέτει θύρα η οποία επιτρέπει την εύκολη παροχή συμπληρωματικού οξυγόνου ή τη δειγματοληψία για παρακολούθηση από καπνογράφο.
- Να διαθέτει ελαφρύ κάλυμμα κεφαλής γρήγορης απελευθέρωσης, με 4 σημεία στήριξης, το οποίο να διατηρεί σταθερή και άνετη την εφαρμογή κατά την διάρκεια της θεραπείας.
- Να διαθέτει σχισμή γρήγορης απελευθέρωσης του καλύμματος κεφαλής ώστε αυτό να αποσπάται εύκολα με το ένα χέρι σε περίπτωση ανάγκης
- Να διατίθεται σε 4 διαφορετικά μεγέθη (Small, Medium, Large, Xlarge).
- Το σύστημα της μάσκας να μην περιέχει PVC, DEHP, φθαλικούς εστέρες ή φυσικό καουτσούκ.
- Όλες οι προδιαγραφές να τεκμηριώνονται από τα επίσημα έγγραφα της κατασκευάστριας εταιρείας.
- Να διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό συνδυαστικά με την τεχνολογία τύπου AirGel μαξιλαριού γέλης στα σημεία επαφής, για να παρέχει ευχάριστη αίσθηση κατά την εφαρμογή μειώνοντας την πίεση ενώ παράλληλα να διατηρεί αποτελεσματικό κράτημα.
- Να διαθέτει ρυθμιζόμενο μαξιλαράκι μετώπου με την τεχνολογία τύπου AirGel που να εγγυάται αρμονική εφαρμογή και να αφαιρεί την πίεση στην ρινική περιοχή.
- Η μάσκα να έχει αντίσταση σε ροή αέρα 0,23 cmH₂O στα 50 L/min και 0,48 cmH₂O στα 100 L/min
- Να έχει όγκο κενού χώρου περίπου: 184 mL (μέγεθος Small), 193ml (μέγεθος Medium) 209ml (μέγεθος Large), και 220ml (μέγεθος X-large)
- Δείγμα απαραίτητο.

2.Ιμάντας στερέωσης(κεφαλοδέτης) μάσκας CPAP

- Να είναι απολύτως συμβατός και προσαρμόσιμος στις υπό προμήθεια μάσκες CPAP .Να προσδίδει σταθερή και άνετη εφαρμογή στο κεφάλι του ασθενούς
- Με κλίπ σύνδεσης ανθεκτικά και εύκολης απελευθέρωσης 4 σημείων στήριξης
- Δείγμα απαραίτητο

Ειδικοί όροι :

- Καινούργια και αμεταχείριστα , να ακολουθούν τις ισχύουσες προδιαγραφές της Ε.Ε και να φέρουν υποχρεωτικά τη σήμανση CE
- Να παραδοθούν στο χώρο του Νοσοκομείου σε εργάσιμη μέρα και ώρα ,με έξοδα μεταφοράς που θα βαρύνουν τον προμηθευτή
- Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 και EN ISO 13485:2016, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
- εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους

Οι συντάκτες των τεχνικών προδιαγραφών:

Καλύβας Γεωργίου

ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

Χαμηλάκη Στερεή

ΤΕ Νοσηλεύτρια

ΚΩΔΙΚΟΣ: 65512

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΟΡΘΟΥ ΚΑΙ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αισθητήρας θερμοκρασίας ορθού και οισοφάγου ενηλίκων μιας χρήσης, να έχει μήκος 3 μέτρα, διάμετρο 12 Fr και κλιμακωτή σήμανση ώστε να ελέγχεται το βάθος στο οποίο έχει εισέλθει. Να μην περιέχει latex και pvc, να είναι σχεδιασμένο προς χρήση με τα monitor παρακολούθησης ασθενών Draeger και να διαθέτει πιστοποιητικό συμβατότητας από τον οίκο κατασκευής του monitor.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΛΑΠΠΑ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ
7η Υ.ΠΕ. Α.Ο.Μ. ΣΗΤΕΙΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΜΚΑ 22107302741 Α.Μ. ΤΣΑΥ 102568

ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (228640)

Να είναι κατασκευασμένοι από πολυουρεθάνη.

Να φέρουν οδηγό σύρμα.

Να τοποθετούνται με τεχνικήseldinger

Να έχουν μήκος 4 εως 5 cm

Να αποσταλλεί δείγμα.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΠΑΠΠΑ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ
7η Υ.ΠΕ. Α.Ο.Μ. ΣΕΠΤΕΛΙΑΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΜΚΑ 221073027 Α.Μ. ΤΣΑΥ 102568