

Κωδ.344456

ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ CO2 ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ, Μ.Χ., ΑΠΟΛΥΤΩΣ  
ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ  
ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ UHI-4

1. Αποστειρωμένος, μιας χρήσης PVC σωλήνας χορήγησης CO2 με φίλτρο, για χρήση σε συνδυασμό με μια συσκευή διόγκωσης πνευμοπεριτοναίου σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Η εσωτερική διάμετρος σωλήνωσης να είναι 6mm.
2. Να διαθέτει ένα φίλτρο, ένα συνδετικό για την συσκευή διόγκωσης πνευμοπεριτοναίου UHI-4 και ένα συνδετικό για το εργαλείο (τροκάρ).
3. Να είναι ελεύθερο φθαλικών ενώσεων ,χωρίς ελαστικό από φυσικό λατέξ.
4. Να είναι συνολικού μήκους τουλάχιστον 3020mm. Η απόσταση του φίλτρου από την συσκευή διόγκωσης πνευμοπεριτοναίου να είναι τουλάχιστον 500mm.
5. Να έχει χρόνο λήξης αποστείρωσης πέντε έτη.

Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν πιστοποιητικό σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΕ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΒΑΡΔΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ  
ΑΜΤΣΑΥ 111418 / ΜΗΚΑ 28037802895