

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ(ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ)**

Η προμήθεια οξύμετρου δακτύλου θα πρέπει να καλύπτει κατ' ελάχιστο τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές :

- Να είναι πλήρες, καινούριο και αμεταχείριστο, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
- Να διαθέτει οθόνη κατά προτίμηση LED.
- Μετράει τα επίπεδα κορεσμού του οξυγόνου στο αίμα καθώς και τους καρδιακούς παλμούς.
- Ένδειξη απεικόνισης με μπάρα γραφικών των μετρήσεων και την κατάσταση της μπαταρίας.
- Να είναι αδιάβροχο, και αξιόπιστο στις μετρήσεις του.
- Να λειτουργεί με κοινές μπαταρίες διαθέσιμες στο ελεύθερο εμπόριο.
- Αυτόματο σβήσιμο όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Να είναι φορητό και εύκολο στη χρήση .
- Συμπεριλαμβάνει 1 θήκη αποθήκευσης.
- Θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη από τον προμηθευτή για επάρκεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων.

Γενικοί Όροι

Θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

- Να έχει τις προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας που διέπουν την αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της χώρας μας.
- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για ένα (1) έτος.
- Οι τεχνικές προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνικά εγχειρίδια (prospectus) των προσφερόμενου εξοπλισμού του εργοστασίου κατασκευής, από τα οποία πρέπει να τεκμηριώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καθώς και οδηγίες συναρμολόγησης
- Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης της συσκευής από την ημερομηνία της παραγγελίας.(παράδοση στις αποθήκες του Νοσοκομείου, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή).
- Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 ή ENISO13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
- Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO9001:08 και ISO13485:03, και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΒΑΡΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΜ ΤΣΑΥ 111418 ΑΜΙΚΑ 29037802905
9902002
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΒΑΡΔΑΣ

Η Προϊσταμένη

