

ΚΩΔΙΚΟΣ 386539

Ολοκληρωμένο σύστημα αρνητικής πίεσης μιας χρήσης για θεραπεία 15 ημερών.

1. Σύστημα αρνητικής πίεσης, μιας χρήσης, για θεραπεία 15 ημερών. Να αποτελείται από τα κάτωθι μέρη: 1) Φορητή επαναφορτιζόμενη αντλία μιας χρήσης. Να διαθέτει λειτουργία συνεχόμενης και εναλλασσόμενης θεραπείας αρνητικής πίεσης με δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης -125mmHg και - 80mmHg. Να διαθέτει 3 οπτικές και ηχητικές ειδοποιήσεις ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της. 2) 5 αποστειρωμένα αυτοκόλλητα επιθέματα. Τα επιθέματα να διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις: α)10X30εκ και να περιλαμβάνουν ταινίες στήριξης για επιπρόσθετη στεγανοποίηση. 3) 2 κάνιστρα 70 ml, 4) θήκη μεταφοράς και 5) τροφοδοτικό φόρτισης.

2. Σύστημα αρνητικής πίεσης, μιας χρήσης, για θεραπεία 15 ημερών. Να αποτελείται από τα κάτωθι μέρη: 1) Φορητή επαναφορτιζόμενη αντλία μιας χρήσης. Να διαθέτει λειτουργία συνεχόμενης και εναλλασσόμενης θεραπείας αρνητικής πίεσης με δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης -125mmHg και - 80mmHg. Να διαθέτει 3 οπτικές και ηχητικές ειδοποιήσεις ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία της. 2) 5 αποστειρωμένα αυτοκόλλητα επιθέματα. Τα επιθέματα να διατίθενται στις ακόλουθες διαστάσεις: α)10X30εκ και να περιλαμβάνουν ταινίες στήριξης για επιπρόσθετη στεγανοποίηση. 3) 2 κάνιστρα 70 ml, 4) θήκη μεταφοράς και 5) τροφοδοτικό φόρτισης.

ΣΥΛΙΓΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β'
7η ΥΠΕ ΑΟΜ ΣΕΤΕΙΑΣ ΓΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΑΜ 423946 ΔΙΤΑ 23087903433

L73566


ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 10mm, ΜΕ ΔΥΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΙΠ). ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ 20 ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΖΟΘΥΛΑΚΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΙΠ.

- Α) Να διαθέτει την πλήρη νομική εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου για τα προϊόντα που πωλεί.
- Β) Να διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό και να παρέχει τεχνική υποστήριξη 24/365 σύμφωνα με τα τεχνικά και βιομηχανικά πρότυπα του κατασκευαστικού οίκου.
- Γ) Να ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με κάθε ανάκληση προϊόντος ή διορθωτικό μέτρο ασφαλείας κατά τη χρήση καθώς και για κάθε έλλειψη αποθέματος.
- Δ) Να της παρέχονται οδηγίες για την αποθήκευση και το χειρισμό των προϊόντων σε κατάλληλες συνθήκες/συσκευασίες και τον χειρισμό τους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του κατασκευαστή.
- Τα παραπάνω να αποδεικνύονται με την υπόδειξη των αντίστοιχων εγγράφων που εκδίδονται από τον κατασκευαστικό οίκο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΒΑΓΔΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΥΤΗΡΙΑΚΑ 2803760295

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΠΤΙΚΟ ΤΡΟΚΑΡ 5MM ΚΩΔΙΚΟΣ 175299	Οπτικό τροκάρ διαμέτρου 5mm, με ατραυματικό άκρο, 100mm. Να διαθέτει ραβδωτή κάνουλα σταθεροποίησης λοξευμένου άκρου. Να έχει δυνατότητα αφαίρεσης άνω μέρους για εξαγωγή παρασκευάσματος με κομβίο ασφαλείας. Να διαθέτει διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας για αποφυγή απώλειας πνευμοπεριτοναίου και κάνουλα CO2 τριών δρόμων για να μην εκτοξεύονται τα επικίνδυνσταθεροποίησης χειρουργικά αέρια στα πρόσωπα του επιστημονικού προσωπικού.
ΟΠΤΙΚΟ ΤΡΟΚΑΡ 5-11MM ΚΩΔΙΚΟΣ 175300	Οπτικό τροκάρ διαμέτρου 5-11mm, με ατραυματικό άκρο, 100mm. Να διαθέτει ραβδωτή κάνουλα σταθεροποίησης λοξευμένου άκρου. Να έχει δυνατότητα αφαίρεσης άνω μέρους για εξαγωγή παρασκευάσματος με κομβίο ασφαλείας. Να διαθέτει διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας για αποφυγή απώλειας πνευμοπεριτοναίου και κάνουλα CO2 τριών δρόμων για να μην εκτοξεύονται τα επικίνδυνσταθεροποίησης χειρουργικά αέρια στα πρόσωπα του επιστημονικού προσωπικού.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΒΑΡΔΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ
ΑΝΤΣΕΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ



Κωδ.344456

ΣΩΛΗΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ CO₂ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ, Μ.Χ., ΑΠΟΛΥΤΩΣ
ΣΥΜΒΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ
ΠΝΕΥΜΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ UHI-4

1. Αποστειρωμένος, μιας χρήσης PVC σωλήνας χορήγησης CO₂ με φίλτρο, για χρήση σε συνδυασμό με μια συσκευή διόγκωσης πνευμοπεριτοναίου σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Η εσωτερική διάμετρος σωλήνωσης να είναι 6mm.
2. Να διαθέτει ένα φίλτρο, ένα συνδετικό για την συσκευή διόγκωσης πνευμοπεριτοναίου UHI-4 και ένα συνδετικό για το εργαλείο (τροκάρ).
3. Να είναι ελεύθερο φθαλικών ενώσεων, χωρίς ελαστικό από φυσικό λατέξ.
4. Να είναι συνολικού μήκους τουλάχιστον 3020mm. Η απόσταση του φίλτρου από την συσκευή διόγκωσης πνευμοπεριτοναίου να είναι τουλάχιστον 500mm.
5. Να έχει χρόνο λήξης αποστείρωσης πέντε έτη.

Τα προσφερόμενα είδη να φέρουν πιστοποιητικό σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΕ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΒΑΡΔΑΣ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ.Ν. ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΝΤΑΝΤΩΝ

77253

Σάκοι αναρρόφησης με ενσωματωμένο αντιβακτηριδιακό φίλτρο και σύστημα προστασίας από υπερχειλίση, με ασφαλές πώμα κλεισίματος και ενσωματωμένη εύχρηστη χειρολαβή απομάκρυνσης. Απλής συνδεσμολογίας, με μια μοναδική σύνδεση, αυτή προς τον ασθενή, χωρίς να απαιτείται συνδεσμολογία μεταξύ σάκου και κανίστρου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρ. ΒΑΡΔΑΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΜ/ΕΛΛΑΔΑ 11/10/18 ΑΝΚΑ 2000