

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΡΙΟΝΙΟΥ ΓΥΨΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

να είναι πλήρες ,καινούργιο και αμεταχείριστο , σύγχρονης τεχνολογίας (να αναφέρεται η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας)

κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, για την αφαίρεση γύψου απλού & συνθετικού, και να περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη διενέργεια πλήρους πράξης.

Να διαθέτει στιβαρή κατασκευή με εργονομικό σχεδιασμό

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να είναι ισχύος τουλάχιστον 250 Watt , αθόρυβης λειτουργίας
2. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 230V /50 HZ
3. Λειτουργία στροφών : 11.000-20.000 στροφές /min
4. Ταξινόμηση ασφαλείας II ,τύπος προστασίας BF
5. .Να είναι μικρού βάρους :Ενδεικτικά ($\leq 1,2$ kg χωρίς μπαταρία /1,8 Kgr με μπαταρία) ώστε να χειρίζεται και να μεταφέρεται εύκολα.
6. Να είναι εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενο σύστημα ταχύτητας στροφών και να διαθέτει αθόρυβη λειτουργία χαμηλών στροφών
7. Να διαθέτει απαραίτητα σύστημα εξαερισμού για τη μείωση εισροής σκόνης στο μοτέρ
8. Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα λειτουργίας ταλαντώσεων και αυτοματοποιημένη ισχύ αντιστάθμισης
9. Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία

.Να παραδοθεί με :

- i. Φορτιστή

- ii. Κατάλληλους συμβατούς δίσκους κοπής 50mm και 65 mm για φυσικό και συνθετικό γύψο καθώς και τα απαραίτητα εργαλεία τοποθέτησης τους

Γενικοί Όροι

1. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα εμπορικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
2. Να πληροί τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς κατασκευής, ασφαλείας και όλα τα προσφερόμενα συστήματα να έχουν αποδεδειγμένα σήμανση CE MARK.
3. Ο προμηθευτής και το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτουν πιστοποιητικό ποιότητας ISO.
4. Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001 ,EN ISO13485, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατρο-τεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
5. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας **τουλάχιστον δυο (2) έτη** , για την οποία ιδιαίτερα ενδιαφέρουν:
 - Τι περιλαμβάνει (υλικά ή εργασίες επισκευής ή και εργασίες προληπτικής συντήρησης ή και όλα αυτά).
 - Ποιες περιπτώσεις δεν εμπίπτουν στην εγγύηση.
6. Να υπάρχει υπεύθυνο SERVICE και βεβαίωση επάρκειας σε ανταλλακτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών.
7. Να συνοδεύεται από τα επίσημα εργοστασιακά εγχειρίδια χειρισμού και λειτουργίας στα ελληνικά, το Εγχειρίδιο Συντήρησης (Service Manual, part list) του κατασκευαστή
8. Να κατατεθεί με την οικονομική προσφορά πλήρης τιμοκατάλογος των απαιτούμενων για τη λειτουργία της συσκευής αναλωσίμων, υλικών και ανταλλακτικών με σταθερή τιμή για 2 έτη τουλάχιστον
9. Μέγιστος χρόνος παράδοσης τους από την ημέρα κατακύρωσης της προσφοράς 40 ημερολογιακές ημέρες.
10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των υλικών στις αποθήκες της τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση αναφορικά με κόστη μεταφοράς ,κ.α .

Ο Συντάκτης των Προδιαγραφών

Περικλής Καλύβας