

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΑ 3 MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΗΚΓ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Μ.Α.Φ. ΑΟΜ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 3.200,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

α/α	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΕΤΟΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚ ΟΣ ΟΙΚΟΣ
	Monitor IM8B με S/N 301247-M1740926000 4	ΕΝΑ	Μ.Α.Φ.	ΜΙΑ	ΕΔΑΝ
	Monitor IM8B με S/N 301247-M1740926000 5	ΕΝΑ	Μ.Α.Φ.	ΜΙΑ	ΕΔΑΝ
	Monitor IM8B με S/N 301247-M1740926000 7	ΕΝΑ	Μ.Α.Φ.	ΜΙΑ	ΕΔΑΝ
	Κεντρικός σταθμός MFM CMS με S/N 31304-M1790373000 2	ΕΝΑ	Μ.Α.Φ.	ΜΙΑ	ΕΔΑΝ
	Καρδιογράφος SE-1201 με S/N 360253-M16B1074000 1	ΕΝΑ	Μ.Α.Φ.	ΜΙΑ	ΕΔΑΝ

■ ΟΡΙΣΜΟΙ

«Προγραμματισμένη συντήρηση» είναι ο προληπτικός έλεγχος ως προς την ορθή λειτουργία των μηχανημάτων περιοδικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου και την ένταση χρήσης του εξοπλισμού, εντός της χρονικής ισχύος της σύμβασης. Περιλαμβάνει τις αναγκαίες ρυθμίσεις, καθαρισμούς, και δοκιμές των μηχανημάτων σε κατάσταση λειτουργίας.

«Επανορθωτική συντήρηση» είναι το σύνολο των ενεργειών της εταιρείας για την αποκατάσταση βλάβης στα μηχανήματα. Βλάβες μπορούν να εμφανίζονται και να γνωστοποιούνται στην εταιρεία στο διάστημα μεταξύ των προγραμματισμένων συντηρήσεων αλλά και κατά την διάρκεια των επισκέψεων αυτών όποτε η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση της αποκατάστασης της βλάβης.

B) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα είναι ετήσιας διάρκειας, αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της και θα αφορά την προληπτική συντήρηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στα τμήματα του Νοσοκομείου όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα λύεται αυτοδίκαια στην περίπτωση που προκύψει νέα σύμβαση συντήρησης από την διαγωνιστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

2) Η προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση περιλαμβάνει : τον περιοδικό έλεγχο καλής λειτουργίας των μηχανημάτων.

- Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα διενεργούνται όπου κρίνει η συντηρήτρια εταιρία είτε στο Νοσοκομείο είτε στο εργαστήριο της με δαπάνη μεταφοράς και ευθύνη της ίδιας.

- Η συντηρήτρια εταιρεία πρέπει να ανταποκρίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο, για έλεγχο τυχών βλαβών το ταχύτερο δυνατόν από την λήψη γραπτής ή τηλεφωνικής ειδοποίησης και εντός (48)ωρών το αργότερο για την αποστολή τεχνικού της όταν απαιτείται.

- Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά για όλα τα προαναφερόμενα μηχανήματα DOWNTIME ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες στην διάρκεια της ετήσιας σύμβασης. Σε περίπτωση που η συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβαση θα παρατείνεται για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας του μηχανήματος πέραν του DOWNTIME για επτά (7) ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση στο Νοσοκομείο. Διευκρινίζεται ότι από την στιγμή που θα αναφερθεί η βλάβη πρέπει ο συντηρητής εντός 48ωρου να αξιολογήσει την βλάβη και να κατατεθεί η σχετική οικονομική προσφορά για την αγορά κάποιου ανταλλακτικού. Ο χρόνος DOWNTIME θα μετράει από την ημέρα που θα πάρει την σχετική έγκριση από το νοσοκομείο, με δυνατότητα παράτασης των ημερών αυτών όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας π.χ., απεργία, απαγορευτικό συγκοινωνιών κλπ.

3) Η σύμβαση της προληπτικής συντήρησης των θα περιλαμβάνει (1) μια προγραμματισμένη προληπτική συντήρηση τον χρόνο όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου και απεριόριστο αριθμό κλήσεων για επανορθωτική συντήρηση και αποκατάσταση βλάβης.

4) Στην σύμβαση δεν περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα υλικά. Περιλαμβάνονται τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για την αποκατάσταση βλαβών που έχουν προκύψει από ορθή χρήση του εξοπλισμού και η εργασία αποκατάστασης βλαβών. Τα ανταλλακτικά θα πρέπει να συνοδεύονται με εξάμηνη (6)ελάχιστη εγγύηση ακόμη και μετά το πέρας ισχύος της σύμβασης.

5) Σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος για την επισκευή του οποίου απαιτείται ανταλλακτικό, το οποίο δεν διατίθεται πλέον λόγω παλαιότητας του μηχανήματος και δεν υπάρχει η δυνατότητα επισκευής του, το μηχάνημα θα εξαιρείται από την σύμβαση και θα μειώνεται αντίστοιχα το τίμημα του.

6) Η συντηρήτρια εταιρεία πρέπει να ανταποκρίνεται χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο, για έλεγχο τυχών βλαβών το ταχύτερο δυνατόν από την λήψη γραπτής ή τηλεφωνικής ειδοποίησης και εντός(48)ωρών το αργότερο για την αποστολή τεχνικού της όταν απαιτείται η την αποστολή της συσκευής στο εργαστήριο της με έξοδα της συντηρήτριας εταιρίας.

7) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή διόρθωση βλάβης στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν και αυτά που πρέπει να αντικατασταθούν, και να το παραδίδει στο τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου. Επίσης οφείλει όταν αυτό προβλέπεται από τον κατασκευαστή να παραδίδει το προβλεπόμενο πρωτόκολλο ελέγχου στα μηχανήματα (checklist).

8)Όλα τα ανταλλακτικά των μηχανημάτων να είναι γνήσια, όπως αυτά ορίζονται από τα εγχειρίδια συντήρησης των μηχανημάτων και τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου. Από τη σύμβαση εξαιρούνται τα καλώδια και οι μπαταρίες των συστημάτων ως αναλώσιμα είδη.

9) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί επαρκές απόθεμα ανταλλακτικών.

10) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να παρέχει γραπτή αναφορά της κατάστασης των μηχανημάτων μετά από κάθε συντήρηση και για τον σκοπό αυτό θα τηρεί βιβλίο συντήρησης.

11) Η συντηρήτρια εταιρεία υποχρεούται να παραδίδει στην αποθήκη του Νοσοκομείου τα κατεστραμμένα ανταλλακτικά.

12) Οι μέρες εκτέλεσης της προληπτικής συντήρησης θα συμφωνούνται με τα τμήματα που είναι εγκατεστημένα μηχανήματα και με το τμήμα Βιοϊατρικής του Νοσοκομείου.

13) Η συντηρήτρια εταιρεία ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν προξενήσει στο μηχάνημα στο προσωπικό του Νοσοκομείου ή σε ασθενή από το προσωπικό που απασχολεί για τις εργασίες συντήρησης και επισκευής

14) Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να καταθέτει λίστα των αναγκαίων αναλώσιμων υλικών και των βασικότερων και πιο συχνά χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών με τις τιμές τους, οι οποίες θα είναι δεσμευτικές για το χρονικό διάστημα της σύμβασης και οι οποίες θα αξιολογηθούν στην τελική απόφαση ανάθεσης.

Ο Μηχανικός Τεχνικού & ΒΙΤ	Ο Προϊστάμενος Τεχνικού & ΒΙΤ
Καλύβας Περικλής	Μπελιμπασάκης Ιωάννης