Ministry of Digital Governance
Digitally signed by Ministry of Digital Governance
Date: 2026.11.18 13:47:38 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ***ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ***
7η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «Διαλυνάκειο»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΝΠΔΔ Γ.Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν.ΚΥ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 43/13-11-2026

Στον Άγιο Νικόλαο σήμερα 13-11-2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15,30μ.μ. ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 924/10-11-2026 πρόσκληση του Προέδρου, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου – Γ.Ν.-ΚΥ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο»" που συστήθηκε με την αριθ.πρωτ.Γ4β/37112/2024 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1038/12.08.2025 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ.πρωτ Γ4β/οικ.29676/25-06-2026 (ΦΕΚ 915/Υ.Ο.Δ.Δ./29-06-2026) Υπουργική Απόφαση.
Στη συνεδρίαση προεδρεύει ο Κοκκίνης Νικόλαος Κοινός Διοικητής, και παρίστανται τα τακτικά μέλη κ.Σολιδάκης Νικόλαος Αναπληρωτής Διοικητής της Α.Ο.Μ. Σητείας, Μπαρμπούνης Γεώργιος Αναπληρωτής Διοικητής της Α.Ο.Μ.Ιεράπετρας, Κουτάντου Ειρήνη αναπληρώτρια Διοικήτρια του διασυνδεόμενου στο Γ.Ν. Λασιθίου Γ.Ν.- Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», Βλασσάκης Δημήτριος εκπρόσωπος των εργαζομένων πλην ιατρών, Οικονομάκη Αντωνία εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου και το μοναδικό μέλος Καραταράκης Κωνσταντίνος εκπρόσωπος των ιατρών.
Στην συνεδρίαση δεν παρίσταται ο κ.Ανδρουλάκης Ιωάννης εκπρόσωπος της Περιφέρειας και το αναπληρωματικό μέλος Κριτσωτάκη Ελένη.
Στη συνεδρίαση παρίσταται η Γραμματέας του Δ.Σ. Κουμάκη Μαρία.
ΑΠΟΦΑΣΗ 747

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση σκοπιμότητας, τεχνικών προδιαγραφών , διάθεσης της απαιτούμενης πίστωσης και διενέργειας έρευνας αγοράς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας I-Supplies για τη σύναψη νέας ετήσιας σύμβασης συντήρησης και επισκευής του Αξονικού Τομογράφου SOMATOM Scope Power 16-CT της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την αρ.πρωτ. 8586/9-11-2026 εισήγηση του Αναπληρωτή Διοικητή της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Σητείας του Γ.Ν.Λασιθίου σχετικά με έγκριση σκοπιμότητας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης της απαιτούμενης πίστωσης και διενέργειας έρευνας αγοράς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας I-Supplies για τη σύναψη νέας ετήσιας σύμβασης συντήρησης και επισκευής του Αξονικού Τομογράφου SOMATOM Scope Power 16-CT ο οποίος ανέφερε ότι
«η υπ' αριθμ 244/2025 σύμβαση, που αφορά την ετήσια συντήρηση και επισκευή του Αξονικού Τομογράφου SOMATOM Scope Power 16-CT της

Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου, λήγει την 01-12-2026.
Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα διακοπής της λειτουργίας του θα πρέπει να γίνεται τακτική-προληπτική συντήρηση και να υπάρχει πλήρης τεχνική κάλυψη σε εργασία και ανταλλακτικά για το παραπάνω σύστημα και το συνοδό εξοπλισμό του.

Η ως άνω ετήσια σύμβαση πλήρους συντήρησης και επισκευής των συσκευών τομογραφίας θα περιλαμβάνει την πλήρη συντήρηση- επισκευή συσκευών αναλυτικά :

1. *συγκρότημα Somatom ScopePower,*
2. *τον εγχυτή σκιαγραφικού Accutron CT Armor και*
3. *το σύστημα ρομποτικής εγγραφής απεικονιστικών εξετάσεων σε CD/DVD (ηλεκτρονικός υπολογιστής μόνιτορ και λογισμικό) AANKAL MDD2410) με την προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών υλικών μη συμπεριλαμβανομένων των λυχνιών για την εξασφάλιση της ομαλής, απρόσκοπτης, μακρόχρονης, συνεχούς και καλής λειτουργίας των συστημάτων και του παρελκόμενου εξοπλισμού (στα ανωτέρω ανταλλακτικά δεν περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα, όπως σύριγγες εγχυτή, προεκτάσεις, σκιαγραφικά, CD κλπ.).*

Η μειοδότρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει όλες τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και πιστοποιήσεις για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής του ανωτέρω εξοπλισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη την Σύμβαση Συμφωνία-Πλαίσιο με αριθμό: 1/2019_ΣΙΣΜ_2ΑΗΔ/2018 και συγκεκριμένα το άρθρο 3 παρ.4 αναφέρεται ότι: «Μετά τη λήξη της συμβατικής περιόδου κάθε Αναθέτουσα Αρχή δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να συνάψει με τους Αναδόχους, ετήσια σύμβαση πλήρους συντήρησης και επισκευής των συσκευών τομογραφίας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μονομερώς από απ' αυτήν έως και τέσσερις (4) φορές, δηλ. να έχει συνολική διάρκεια έως πέντε (5) έτη.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, με πρόβλεψη αυτοδίκαιης λύσης της, σε περίπτωση που τεθεί σε ισχύ νέα σύμβαση συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού κατόπιν ολοκλήρωσης της εν εξελίξει διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η προβλεπόμενη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη περιλαμβάνει:

- *2 (Δύο) περιοδικές προληπτικές συντηρήσεις ετησίως για αξονικό, που περιλαμβάνουν:*

✓ *τον έλεγχο ασφάλειας.*
✓ *τον ποιοτικό έλεγχο και τις αναγκαίες ρυθμίσεις, ώστε ο εξοπλισμός να πληροί τις εργοστασιακές προδιαγραφές.*
✓ *τις αναγκαίες ρυθμίσεις, λιπάνσεις, καθαρισμούς κλπ.*

- ✓ *τη συμπλήρωση ή ενδεχομένως αντικατάσταση των απαραιτήτων υλικών που προβλέπονται από τις διαδικασίες της προληπτικής συντήρησης.*
- *Μία (1) προληπτική συντήρηση ετησίως για τον εγχυτή σκιαγραφικού Accutron CT, Το Σύστημα αυτόματης εγγραφής απεικονιστικών εξετάσεων MONITOR AANKAL MDD2410 δεν απαιτεί προληπτική συντήρηση.*
- *Σε περίπτωση βλάβης παρέχουν εργασίες διερεύνησης και αποκατάστασης αυτής μέσω:*

1. *Άμεσης τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης.*
2. *Απομακρυσμένης επέμβασης Smart Remote Services (S.R.S.) των μηχανικών της εταιρείας στον εξοπλισμό μας που έχει ως αποτέλεσμα την προληπτική επέμβαση για την αποφυγή πιθανών δυσλειτουργιών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη δικτυακής υποδομής σας (π.χ. γραμμή σύνδεσης ADSL).*
3. *Απεριόριστου αριθμού επιτόπιων επεμβάσεων από τους μηχανικούς της εταιρείας*
4. *Παροχή εργοστασιακών αναβαθμίσεων ασφαλείας, υποστήριξης και απόδοσης του Συγκροτήματος που υποστηρίζονται από το υφιστάμενο μηχανικό μέρος.*

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προηγούμενης σύμβασης, το ετήσιο τίμημα πλήρους συντήρησης και επισκευής, χωρίς την ακτινολογική λυχνία, ανερχόταν στο ποσό των 21.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική δαπάνη 26.040,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ΑΛΕ 2420304.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής, ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία του Αξονικού Τομογράφου SOMATOM Scope Power 16-CT, κρίνεται αναγκαία η έναρξη των διαδικασιών για τη σύναψη νέας ετήσιας σύμβασης συντήρησης και επισκευής του».

Ομόφωνα Αποφασίζει

1. *Εγκρίνει την σκοπιμότητα καθώς και την διενέργεια έρευνας αγοράς μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας I-Supplies, για την ετήσια συντήρηση του Αξονικού Τομογράφου SOMATOM Scope Power 16-CT της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Σητείας.*
2. *Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν την ετήσια συντήρηση και επισκευή του ανωτέρω εξοπλισμού ως εξής:*

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ SOMATOM SCOPE POWER 16-CT (S/N:132088)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 21.000 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ

Υπάρχει ενεργή σύμβαση που λήγει στις 01/12/2026

α/α	*ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ*	*ΠΟΣΟΤΗΤΑ*	*ΧΩΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ*	*ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΕΤΟΣ*
1	*Αξονικός Τομογράφος μηχανήματοςSOMATOMSCOPEPOWER 16-CTμες/n132088)*	*ΕΝΑ*	*ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ*	*ΔΥΟ*

Α. *Ο Συντηρητής αναλαμβάνει όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής του Αξονικού Τομογράφου , κατά τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του Κατασκευαστικού Οίκου , καθ'όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (12μήνη ισχύ) .*

- *Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει απαραίτητα σε ισχύ πιστοποίηση ISO 9001/2008, ISO 13485/2003 και ISO 14001. Να κατατεθούν τα παραπάνω πιστοποιητικά.*

Β. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται από ειδικά προς τούτο εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αυτοί ορίζονται στην Οδηγία 93/42/EEC, για την συντήρηση του συγκεκριμένου μηχανήματος. Η συντηρήτρια εταιρεία θα πρέπει να βεβαιώνει ότι διαθέτει κατάλληλο προσωπικό εκπαιδευμένο με πιστοποιητικά του κατασκευαστικού οίκου εντός Κρήτης για άμεση επίλυση βλαβών.

Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεως και ελέγχου, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού Οίκου. Να κατατεθούν τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεως και ελέγχου καθώς και τα ισχύοντα πιστοποιητικά διακρίβωσής τους.

Γ. Οι εργασίες της ως άνω πλήρους συντήρησης του Αξονικού Συγκροτήματος(αναλυτικά (1) συγκρότημα Somatom Scope Power, 2) τον εγχυτή σκιαγραφικού Accutron CT Armor και 3) το Σύστημα ρομποτικής εγγραφής απεικονιστικών εξετάσεων σε CD/DVD (ηλεκτρονικός υπολογιστής μόνιτορ και λογισμικό AANKAL MDD2410, 4)UPS) με την προμήθεια ανταλλακτικών και λοιπών υλικών (χωρίς την ακτινολογική λυχνία) για την εξασφάλιση της ομαλής, απρόσκοπτης, μακρόχρονης, συνεχούς και καλής λειτουργίας των συστημάτων και του παρελκόμενου εξοπλισμού (στα ανωτέρω ανταλλακτικά δεν περιλαμβάνονται τα αναλώσιμα, όπως σύριγγες εγχυτή, προεκτάσεις, σκιαγραφικά, CD κλπ.). περιλαμβάνουν:

α) Την περιοδική συντήρησή του, που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Κατασκευαστικού Οίκου 2 φορές το χρόνο και συγκεκριμένα:

-Τον έλεγχο ασφαλείας , μετρήσεις τάσεων παλμών , κλπ.

-Τον έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης.

-Τις αναγκαίες ρυθμίσεις , κλπ. και

-Τη συμπλήρωση ή ενδεχομένως αντικατάσταση των βοηθητικών αναλωσίμων υλικών , όπως έλαιο λίπανσης, κλπ.

β) Την αποκατάσταση τυχόν ανωμαλιών και ειδικότερα :

-Την αποκατάσταση συνήθων βλαβών και ζημιών οφειλομένων σε φυσιολογική φθορά από συνήθη χρήση .

-Την αντικατάσταση των φθαρμένων ανταλλακτικών από συνήθη χρήση με καινούργια και γνήσια του κατασκευαστικού οίκου τα οποία πρέπει να φέρουν πιστοποίηση CE , εξαιρουμένων των αναλωσίμων υλικών (Μαγνητικά μέσα αποθήκευσης, Φιλμ, Σκιαγραφικά, Μπαταρίες, Καρβουνάκια περιστροφής του συστήματος) που η προμήθεια βαρύνει τον πελάτη. Τα ανταλλακτικά πρέπει αποδεδειγμένα να είναι συμβατά και κατάλληλα για το συγκεκριμένο εξοπλισμό.

Οι μπαταρίες πρέπει να φέρουν πιστοποίηση CE και να έχουν την έγκριση καταλληλότητας του Κατασκευαστικού Οίκου. Να ανιχνεύεται η πλήρης φόρτισή τους από τα σχετικά κυκλώματα του μηχανήματος και να γίνεται αυτόματα διακοπή της περαιτέρω φόρτισης, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την βέλτιστη παροχή ενέργειας αλλά και την αδιάλειπτη λειτουργία του Αξονικού . Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

-Την λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών .

-Τυχόν αναβαθμίσεις του κατασκευαστή Οίκου (software , hardware κλπ.) .

γ) Πλήρες πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας της κατηγορίας και του τύπου που ανήκει ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, έπειτα από κάθε επισκευή ή συντήρηση.

δ) Πλήρη πρωτόκολλα ελέγχου ποιότητας/μετρήσεων.

ε) Κατά τη συντήρηση ή επισκευή, ο Συντηρητής θα προβαίνει κατά την άποψή του, σε κάθε απαιτούμενη τεχνική μετατροπή για την αρτιότερη και ασφαλή λειτουργία και απόδοση του Συγκροτήματος, εφ' όσον τούτο επιτρέπεται ή προβλέπεται από τον κατασκευαστή Οίκο. Οι μετατροπές αυτές δεν θα έχουν επίπτωση στην παρεχομένη ποιότητα και ταχύτητα των εκτελουμένων εξετάσεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύμβαση της αγοράς του μηχανήματος. Αντίθετα αποσκοπούν στη βελτίωση των λειτουργικών χαρακτηριστικών. Ο Συντηρητής οφείλει να ενημερώνει τον ΠΕΛΑΤΗ σχετικά με τις αναβαθμίσεις-βελτιώσεις του ιατροτεχνολογικού είδους που συνιστά ο κατασκευαστικός οίκος.

Στη σύμβαση δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις βλάβης ή καταστροφής του αξονικού τομογράφου από θεομηνίες, από αποδεδειγμένη κακή χρήση, από πτώση ή χτυπήματα ή από κακόβουλες ενέργειες τρίτων.

Δ. ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Η συντήρηση του παραπάνω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού θα πραγματοποιείται όπως ορίζει ο κατασκευαστικός Οίκος από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 08:00 έως 16:00. Να κατατεθούν τα σχετικά έντυπα του εγχειριδίου συντήρησης. Η διάρκεια των εργασιών συντήρησης θα είναι οκτώ ώρες εκτός ειδικών αναγκών, που θα ορίζονται από κοινού με τον Διευθυντή του Τμήματος και ενημερώνοντας το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του Νοσοκομείου. Κατά την διάρκεια των προγραμματισμένων Συντηρήσεων-Επισκευών που θα γίνονται από τους τεχνικούς του Συντηρητή θα

ειδοποιείται από τον Συντηρητή με email το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας του ΠΕΛΑΤΗ. Παράβαση αυτού του όρου θα επιφέρει την ποινή της μη πληρωμής του ετήσιου τιμολογίου που θα εκδίδεται από τον Συντηρητή.

Οι επισκευές βλαβών θα γίνονται καθημερινές από Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρα 08:00 έως 16:00. Οι επισκευές βλαβών θα γίνονται – εφόσον παραστεί ανάγκη - από ώρες 08.00 έως 22.00 τις Αργίες και τα Σαββατοκύριακα, εφόσον το Νοσοκομείο εφημερεύει. Η προσέλευση των Τεχνικών της εταιρείας για τις επισκευές θα γίνεται κατά το δυνατόν μέσα σε 6 ώρες από την έγγραφη λήψη της ειδοποίησης στα γραφεία της.

Κατά την διάρκεια των Συντηρήσεων-Επισκευών που θα γίνονται από τους τεχνικούς της εταιρείας, κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (07:00-15:00), θα παρευρίσκεται και αρμόδιος τεχνικός της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Επισκευές που θα πραγματοποιούνται από τους τεχνικούς της εταιρείας εκτός ωραρίου λειτουργίας της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, θα ενημερώνεται το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας την αμέσως επόμενη ημέρα και θα υπογράφεται το Δελτίο Επισκευής. Παράβαση αυτού του όρου θα επιφέρει την ποινή της μη πληρωμής του τιμολογίου που θα εκδίδεται από τον Συντηρητή.

Ε. DOWN TIME

Ο χρόνος ακινητοποίησης συνολικά του αξονικού τομογράφου (DOWN TIME) ορίζεται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατά τη διάρκειας της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση που η συντηρήτρια εταιρεία υπερβεί το σύνολο των ημερών του χρόνου ακινητοποίησης η σύμβαση παρατείνεται για κάθε μια εργάσιμη μέρα μη λειτουργίας του αξονικού τομογράφου για πέντε εργάσιμες ημέρες επί πλέον χωρίς επιβάρυνση του Νοσοκομείου μας. Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο χρόνος ακινητοποίησης των επί μέρους αυτόνομων λειτουργικών μονάδων ή του συνόλου του ιατροτεχνολογικού είδους κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια περιστατικού. Ο χρόνος αυτός δεν περιλαμβάνει τον χρόνο προληπτικής συντήρησης και εργασίες αναβάθμισης του συγκροτήματος.

Ως ώρες ακινητοποίησης θα λογίζεται το σύνολο των ωρών του 24ώρου από την ώρα ειδοποίησης του Συντηρητή, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Εφόσον ο χρόνος ακινητοποίησης μηχανήματος υποενότητας υπερβεί τις 24 ώρες από την ειδοποίηση / κλήση του Συντηρητή, οι πέραν των 24 ωρών δαπανηθείσες ώρες διπλασιάζονται για τον υπολογισμό του χρόνου ακινητοποίησης της περίπτωσης.

ΣΤ. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Στο τέλος ισχύος εκάστης ετήσιας Σύμβασης θα υπολογίζονται οι ώρες ακινητοποίησης του ιατροτεχνολογικού είδους όπως ορίζεται ανωτέρω.

Για κάθε ώρα ακινητοποίησης πέραν των διακοσίων σαράντα ωρών (240) ανά έτος για το σύνολο του εξοπλισμού ανά υποενότητα, θα επιβάλλεται στον Συντηρητή ως ποινική ρήτρα παράταση της Σύμβασης 24 ώρες χωρίς αμοιβή και 2% επί της συνολικής ετήσιας αξίας της σύμβασης πρόστιμο ανά ώρα ακινητοποίησης.

Η ποινική ρήτρα που προβλέπεται στα ως άνω δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε περιπτώσεις θεομηνιών, δολιοφθορών και αποδεδειγμένων παραβιάσεων της ορθής χρήσης.

Η παρακράτηση των ποσών των ποινικών ρητρών θα γίνεται με αφαίρεση από το ετήσιο συμβατικό τίμημα, ή αν αυτό δεν επαρκεί από την εγγυητική επιστολή είτε τέλος με κάθε νόμιμο μέσον.

Ζ. Ο Συντηρητής πρέπει να διατηρεί ικανή επάρκεια ανταλλακτικών για την άμεση αποκατάσταση τυχόν βλαβών και την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων .Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ανταλλακτικού λόγω ότι έχει εκπνεύσει το χρονικό διάστημα υποχρεωτικής διαθεσιμότητας ανταλλακτικών από τον Κατασκευαστικό Οίκο κατά τη διάρκεια της σύμβασης συντήρησης, αυτή θα διακόπτεται κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω επιβάρυνση του Συντηρητή και το αντίστοιχο τίμημα που αναλογεί στο χρόνο μέχρι την λήξη της σύμβασης θα αφαιρείται από το συνολικό τίμημα αυτής.

Η. Να κατατεθεί βεβαίωση/επιστολή του Οίκου Κατασκευής των μηχανημάτων , ότι θα παρέχει τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής και συντήρησής των. Εναλλακτικά να κατατεθεί δήλωση-δέσμευση ότι χρησιμοποιούνται κατάλληλα ανταλλακτικά και υλικά επισκευής όπως αυτά αναφέρονται στο εγχειρίδιο επισκευής συντήρησης ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή, εύρυθμη και εντός προδιαγραφών λειτουργία του εξοπλισμού χωρίς να επηρεάζεται η πιστοποίηση CE του μηχανήματος.

3. *Εγκρίνει την διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, συνολικού ποσού 26.040.00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α σε βάρος του Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδων (ΑΛΕ) 2420304 του Προϋπολογισμού της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», οικονομικού έτους 2026, στον οποίο έχει προβλεφθεί η σχετική δαπάνη.*
