ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΟΠΤΙΚΟ ΤΡΟΚΑΡ 5ΜΜ ΚΩΔΙΚΟΣ 175299	Οπτικό τροκάρ διαμέτρου 5mm, με ατραυματικό άκρο, 100mm. Να διαθέτει ραβδωτή κάνουλα σταθεροποίησης λοξευμένου άκρου. Να έχει δυνατότητα αφαίρεσης άνω μέρους για εξαγωγή παρασκευάσματος με κομβίο ασφαλείας. Να διαθέτει διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας για αποφυγή απώλειας πνευμοπεριτοναίου και κάνουλα CO2 τριών δρόμων για να μην εκτοξεύονται τα επικίνδυνασταθεροποίησηςα χειρουργικά αέρια στα πρόσωπα του επιστημονικού προσωπικού.
ΟΠΤΙΚΟ ΤΡΟΚΑΡ 5-11ΜΜ ΚΩΔΙΚΟΣ 175300	Οπτικό τροκάρ διαμέτρου 5-11mm, με ατραυματικό άκρο, 100mm. Να διαθέτει ραβδωτή κάνουλα σταθεροποίησης λοξευμένου άκρου. Να έχει δυνατότητα αφαίρεσης άνω μέρους για εξαγωγή παρασκευάσματος με κομβίο ασφαλείας. Να διαθέτει διπλή βαλβίδα αεροστεγανότητας για αποφυγή απώλειας πνευμοπεριτοναίου και κάνουλα CO2 τριών δρόμων για να μην εκτοξεύονται τα επικίνδυνασταθεροποίησηςα χειρουργικά αέρια στα πρόσωπα του επιστημονικού προσωπικού.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΒΑΡΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΜ ΤΣΑΥ 111410 ΑΜΚΑ 28037902885

350368

Πολύκλωνο συνθετικό απορροφήσιμο ράμμα μέσης απορρόφησης από γλυκολίδη - λακτίδη και αντοχή στην τάση, 80% στις 14 ημέρες, 30% στις 21 ημέρες. Να διαθέτει ολική απορρόφηση μέσω υδρόλυσης σε 56 - 70 ημέρες. Με μία βελόνη καμπυλότητας 1/2 κύκλου αντιστρόφως κόπτουσα από ανοξείδωτο ατσάλι 455 με περιεκτικότητα νικελίου 7,5 - 9,5% μήκους 48 χιλ., πάχος ράμματος No 0, μήκος 75 εκ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΒΑΡΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΝ-ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΜ ΤΣΑΥ 111418 ΑΜΚΑ 29037902895