## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΒΡΕΦΟΖΥΓΟΥ

**Γενικά**

- Η συσκευή να είναι καινούρια, αμεταχείριστη, σύγχρονης τεχνολογίας.
- Να είναι σύμφωνη με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτει σήμανση CE.
- Να είναι φορητή και εύχρηστη ,κατάλληλη για Νοσοκομειακή χρήση

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Μέγιστη ικανότητα ζύγισης : εως 20 kgr

Διαβάθμιση : 10 gr ή μικρότερη

Βάρος : Ελαφριά έως 2,5 kgr

Τροφοδοσία : αυτόνομη με μπαταρία /ες

***Διαθέσιμες λειτουργίες :***

TARE : (αφαίρεση βάρους )

BMIF (λειτουργία μέτρησης πρόσληψης μητρικού γάλακτος )

Auto -HOLD ( Αυτόματο κράτημα μέτρησης )

Αυτόματη απενεργοποίηση

***Κατασκευαστικά***

Κατασκευασμένος από μη τοξικό πλαστικό

Με ανατομικό, εργονομικά κοίλο δίσκο , με ελαφριώς υπερυψωμένα πλαϊνά για ασφάλεια και άνεση του βρέφους .Να είναι αποσπώμενος ή επίπεδος για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση.

Με οθόνη μεγάλη και ευανάγνωστη , LCD ή LED

Να διαθέτει δυνατότητα επιλογής μονάδας μέτρησης σε κιλά ή λίμπρες

*Να αναφερθούν τα επιπλέον των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών χαρακτηριστικά για να αξιολογηθούν*

**Γενικοί Όροι**

Θα πρέπει να πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια:

- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός(1) έτους .
- Να συνοδεύεται από τα επίσημα εργοστασιακά εγχειρίδια χειρισμού και λειτουργίας στα ελληνικά, το Εγχειρίδιο Συντήρησης ( Service Manual, part list) του κατασκευαστή και όλους τους κωδικούς πρόσβασης σε όλα τα μενού.

- Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ).
- Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 ή ENISO13485:03, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
- Να πληροί τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς κατασκευής, ασφαλείας και όλα τα προσφερόμενα συστήματα να έχουν αποδεδειγμένα σήμανση CE MARK.
- Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης της συσκευής από την ημερομηνία της παραγγελίας,(παράδοση στις αποθήκες του Νοσοκομείου, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή)
- Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO9001:08 και ISO13485:03, και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά )
- Ο προμηθευτής οφείλει να εγγυηθεί την εξασφάλιση σέρβις και ανταλλακτικών για δέκα συνολικά χρόνια.
- Ο προμηθευτής οφείλει να προσφέρει πρόγραμμα δωρεάν εκπαίδευσης του ιατρικού, νοσηλευτικού και τεχνικού προσωπικού εφόσον αυτό ζητηθεί
- Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης από την ημέρα κατακύρωσης της προσφοράς.
- Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο το υλικό στις αποθήκες της τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου Σητείας χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση αναφορικά με κόστη μεταφοράς ,κ.α.
- Ελαττωματικά υλικά που φθάρθηκαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ,θα αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Παραλαβής.

Οι Συντάκτες των Τεχνικών Προδιαγραφών

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ

Για τη Τεχνική Υπηρεσία
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡ. ΤΕΧ/ΓΙΑΣ

Για το Τμήμα - Κλινική
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΠΕΛΑΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΝ - ΚΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΜ ΤΣΑΥ 111666
ΑΜΚΑ 14127402387