



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ – Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ)

Ταχ.Δ/ση: Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3

Ξεροκαμάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ

Πληροφορίες: Τμήμα Τεχνικού & BIT

Τηλέφωνο: 28433 40465

Fax: 28430 25352

E-mail: texniki.ypiresia@ghsitia.gr

Αριθμ.Πρωτ: ...2647

Σητεία : 25/07/2019

ΠΡΟΣ: Διαχείριση Υλικού Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας
Τμήμα Οικονομικού

ΕΠΕΙΓΟΝ

**ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ DRAEGER OXYLOG 2000 S/N: SRXH-0048**

Συνημμένα :

1. Τεχνικό Δελτίο Draeger με αριθμό U101210878
2. Προσφορά υπ'αριθμόν: 1514/12072019

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν ελέγχου του αναπνευστήρα Draeger Oxylog 2000 S/N : SRXH-0048, ο οποίος βρίσκεται στα Χειρουργεία, από ειδικευμένο και πιστοποιημένο μηχανικό της εταιρίας Draeger, διαπιστώθηκε βλάβη στο τροφοδοτικό 220V του αναπνευστήρα το οποίο χρήζει και αντικατάστασης. Επίσης διαπιστώθηκαν φθορές και στο τροφοδοτικό DC/DC του οποίου, επίσης, συνίσταται αντικατάσταση.

Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή /Τεχ (€)	Ποσότητα	Τελ/Τιμή (€)
5790141	DC/DC Converter	398,00	1	398,00
8412074	Power Supply 230 Volt RoHS	258,00	1	258,00
Κόστος Ανταλλακτικών				656,00

Τα παραπάνω ανταλλακτικά να είναι απολύτως συμβατά με τον αναπνευστήρα DRAEGER OXYLOG 2000 S/N : SRXH-0048.

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη :656,00 € πλέον του ΦΠΑ 24% (σύνολο 813,44€) και βαρύνει τον ΚΑΕ 1439.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αιτούμαστε την επείγουσα προμήθεια των υλικών και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας.

Ο Συντάκτης

Σκαρβελάκης Εμμανουήλ

Ο Προϊστάμενος της ΤΥ

Μπελιμπασάκης Ιωάννης