



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ. Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ –Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Ταχ.Δ/ση: Καπετάν Γιάννη Παπαδάκη 3
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ)

Ξεροκαμάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ

Αριθμ.Πρωτ: 4093

Σητεία : 26-11-2019

ΠΡΟΣ: Διαχείριση Υλικού Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας

Τμήμα Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

Πληροφορίες: Τμήμα Τεχνικού & ΒΙΤ

☎ Τηλέφωνο: 28433 40465

☎ Fax: 28430 25352

✉ E-mail: texniki.ypiresia@ghsitia.gr

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΙΒΑΡΙΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σε συνέχεια της προφορικής ενημέρωσης από το χειρουργικό τμήμα είναι αναγκαία η προμήθεια είκοσι (20) αντιβακτηριακών μηχανικών φίλτρων υψηλής προστασίας κατάλληλα για ενδροτραχειακή αναρρόφηση του αναισθησιολογικού μηχανήματος Primus Arya – 0196 της Drager.

Συγκεκριμένα αιτούμαστε την προμήθεια των παρακάτω :

ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΤΕΜ.	ΤΙΜΗ / ΤΕΜ
Αντιβακτηριακό μηχανικό φίλτρο υψηλής προστασίας HEPA βάσει προτύπου EN 1822-1:1998, «Bacterial filter, endotr.suction» κατάλληλο για ενδοτραχειακή αναρρόφηση του αναισθησιολογικού μηχανήματος κατάλληλο για ενδροτραχειακή αναρρόφηση του αναισθησιολογικού μηχανήματος <u>Primus Arya – 0196 της Drager.</u>	Να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά : Επιτυγχάνεται συγκράτηση βακτηρίων και ιών κατά 99.9999%. Διαθέτει μεμβράνη 100% υδρόφοβη. Είναι κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους ώστε να μην χρειάζεται αποστείρωση μετά την κατασκευή του, σύμφωνα με το EN ISO 14644-1:199. Προς χρήση 14 ημερών. Απόλυτα συμβατό με το αναισθησιολογικό μηχάνημα <u>Primus Arya – 0196 της Drager</u>	20	9,90€

ΣΥΝΟΛΟ :198,00€

Οι τιμές των προϊόντων του παραπάνω πίνακα είναι άνευ ΦΠΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ :

- Όλα τα παραπάνω είδη να είναι καινούργια και αμεταχείριστα.
- Τα προϊόντα να διαθέτουν σήμανση CE από εγκεκριμένο Οργανισμό Σήμανσης.
- Να προσδιορίζεται η εγγύηση καλής λειτουργίας προς αξιολόγηση.
- Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:08 και EN ISO 13485:2016, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
- Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των υλικών στις αποθήκες της τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου χωρίς καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση αναφορικά με κόστη μεταφοράς, κ.α .
- Ελαττωματικά υλικά που φθάρθηκαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ,θα αντικατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Παραλαβής.
- Να αναφέρεται ο μέγιστος χρόνος παράδοσης τους από την ημέρα κατακύρωσης της προσφοράς.

Ενδεικτική Προϋπολογισμένη δαπάνη

245,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και βαρύνει τον ΚΑΕ 1439

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.

Η Συντάξασα



ΤΡΙΜΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Ο Προϊστάμενος της ΤΥ



Μπελιμπασάκης Ιωάννης